PINZA ENDOPATH*5MM TIJERA

Instrumentos endoscópicos para corte descartable



NOTA imagen de referencia para más información remitirse a la tabla de códigos

CIDIGO	DESCRIPCION	DIAMETRO	LONGITUD
5DCS	ENDOPATH*5MM CURVED SCISSORS	5mm	33 cm

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Instrumento endoscópico de corte curvo descartable de 5 mm y rotación de eje de 360° en ambas direcciones, Algunos instrumentos tienen un conector de cauterio monopolar que se extiende desde la parte de arriba del mango y que puede ser utilizado para electrocirugía cuando se une debidamente a cables de cauterio estándar y a los generadores apropiado.

Materia Prima

policarbonato, acero inoxidable, cloruro de politetrafluoroetileno, poliolefina

Color del material

Transparente, blanco, negro

Usos Frecuentes

Los instrumentos endoscópicos pueden aplicarse en una variedad de procedimientos mínimamente invasivos para facilitar el agarre, la movilización, la disección y el corte transversal de tejido.

Presentación

Caja empaque individual por 3 y 6 unidades
*según codigo

Método de esterilización

Radiación, No reesterilizar

Transporte y almacenamiento

Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez

Recomendaciones de uso

Dispositivo medico de un solo uso, **No reesterilizar** / **No reutilizar** Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas

Precauciones generales

Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y las técnicas quirúrgicas.

- Las intervenciones mínimamente invasivas deben realizarse únicamente por cirujanos con experiencia y familiarizados con estas técnicas. Se recomienda consultar la documentación médica relativa a técnicas, complicaciones y riesgos antes de realizar cualquier intervención mínimamente invasiva.
- El instrumental mínimamente invasivo puede variar en diámetro según el fabricante. Cuando se empleen conjuntamente instrumentos y accesorios mínimamente invasivos procedentes de distintos fabricantes, verifique su compatibilidad antes de iniciar la intervención.
- Es esencial conocer los principios y técnicas de láser, electrocirugía y ultrasonido profundamente para evitar shocks y lesiones por quemaduras al paciente y al personal médico y para evitar causar daños al instrumental. Cerciórese de que el aislamiento eléctrico o la toma de tierra están en perfectas condiciones. **No** sumerja los instrumentos electroquirúrgicos en líquidos a menos que estén diseñados para tal fin y que así lo indique la etiqueta.

- Consulte el Manual del usuario del sistema electroquirúrgicos apropiado

para obtener las indicaciones e instrucciones y asegurarse de que se sigan todas las precauciones de seguridad.

*para ampliar información consultar al manual del usuario

Disposición final

los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián

Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

Vida útil

5 años

Tipo de dispositivo

Invasivo

Riesgo IIB

Registro Sanitario INVIMA 2012DM – 0001287 R1

Fabricante

ETHICON, INC Route 22 WEST P.O. BOX 151, Somerville NJ USA 00876 | ETHICON LLC Highway 183 Km 8,3 San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 154 - JD. DAS INDUSTRIAS SAO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - 122240-908 BRASIL | JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS PARA SAÚDE LTDA Avenida presidente Juscelino Kubitscheck, N° 2041, ANDARES 8° E 9° Complexo JK. Bloco B - Villa Nova Conceição - São Paulo - SP – BRASIL

Titular licencia

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH DE COLOMBIA S.A.S