Johnson&Johnson
MedTech



Harmonic® 700

NOTA: imagen de referencia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Longitud Vástago	Unidades por Caja
HAR736	Sellador de Tejido Harmonic 700 con hemostasia avanzada	36 cm	3
HAR723	Sellador de Tejido Harmonic 700 con hemostasia avanzada	23 cm	3

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

Las tijeras HARMONIC™ 700, de 5 mm de diámetro, con hemostasia avanzada están indicadas para realizar incisiones en tejidos blandos con el fin de controlar hemorragias con el mínimo daño térmico posible.

Medidas

Longitud mandíbula	18 mm
Ancho mandíbula	5 mm
Longitud del vástago	23, 36 cm
Diámetro del vástago	5 mm
Rotación del vástago	360°

Compatibilidad

Generador Ethicon GEN11, Software: 2018-1

Dispersión Térmica <1.5 mm[1]

Usos Frecuentes

Los instrumentos se pueden utilizar como accesorios o sustitutos de la electrocirugía, los láseres y los bisturís de acero en general, así como para intervenciones de pediatría, ginecología, urología y cirugía torácica, y en el sellado y el seccionamiento transversal de vasos linfáticos. Los instrumentos permiten coagular vasos de hasta 7 mm de diámetro inclusive, usando el botón de control manual de hemostasia avanzada

Presentación

Las tijeras HARMONIC™ 700, de 5 mm de diámetro, con hemostasia avanzada se suministran estériles para uso en un solo paciente. El instrumento se envía con una llave dinamométrica estéril desechable de color gris de un solo uso. Deseche el instrumento y la llave dinamométrica después de usarlos.

Transporte & Almacenamiento

Guardar en un lugar seco

Mantener alejado de fuentes de calor

Temperatura: ≤ 30° C

Humedad relativa: 5% – 90%

***Para más información consultar manual del usuario**

Vida útil

5 años

Tipo de dispositivo

Invasivo

Riesgo IIB
Registro Sanitario INVIMA 2012DM-0008445

Fabricante

ETHICON ENDOSURGERY S.A. DE C.V. con domicilio en MEXICO; ETHICON ENDOSURGERY LLC. con domicilio en PUERTO RICO

Titular licencia

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. con domicilio en YUMBO - VALLE

---

[1]David W Singleton, Crystal D Ricketts, Daniel Boguszewski, John Cummings, Kevin M Lewis, Geisa Paulin-Curlee, Monica Rivard, y William Petraiuolo. Effectiveness and Usability of a Newly Designed Advanced Bipolar Tissue Sealer, ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealer. World Journal of Surgery and Surgical Research. 2021. Vol 4