Johnson&Johnson MedTech

ETHICON


# FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

## SEDA PERMA-HAND

CÓDIGO

184T




| Material | Calibre Hebra | Longitud de hebra (cm) | Nombre Aguja | Longitud Aguja (mm) | Curvatura Aguja | Punta Aguja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seda | 3-0 | 45 | SC-24 | 24 | 3/8 Circulo | Reverso Cortante |

| Numero de Agujas | Numero de Hebras | Tamaño Pledget (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.0 | No Aplica |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Descripcion: | SILK*BLACK 3-0 45CM (1)SC-24 |
| Tipo: | Trenzado |
| Materia Prima | Proteína orgánica llamada fibroína |
| Color del Material: | Negro |
| Color Empaque: | Azul Claro |
| Retención fuerza tensil in vivo: | La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que retiene su fuerza tensil por aproximadamente un año. |

Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Tiempo de absorcion: | No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso. |
| Reacción Tisular: | Reacción inflamatoria aguda |
| Usos Frecuentes: | Para aproximación y/o ligadura de tejidos en todas las especialidades |
| Presentación: | Caja por 24 Unidades |
| Transporte y almacenamiento: | Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez |
| Recomendaciones de Uso: | Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas |
| Disposición Final: | Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Vida Util: | 5,5 años |
| Tipo de Dispositivo: | INVASIVO |
| Riesgo: | III |
| Registro Sanitario: | INVIMA 2021 DM - 0000231 - R2 |

| | |
|---|---|
| Fabricante: | ETHICON, INC ROUTE 22 WEST, P.O. BOX 151, SOMERVILLE, NJ 08876, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \| ETHICON, INC. CALLE DURANGO No. 2751, LOTE BRAVO, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA ETHICON, INC. C.P. 32575, MEXICO \| JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, No. 2041, ANDARES 8° E 9° COMPLEXO JK. BLOCO BVILA NOVA CONCEIÇAO - SAO PAULO- SP- CEP 04543-011. BRASIL. \| ETHICON LLC HIGHWAY 183 KM 8.3, SAN LORENZO, PR 00754, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA \| JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM 154 SAO JOSÉ DOS CAMPOS SAO PAULO 12240-908, BRASIL \| ETHICON LLC 475 C STREET, LOS FRAILES INDUSTRIAL PARK, SUITE 401, GUAYNABO, PR 00969, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
| Importadores: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA |