Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

# FICHA TÉCNICA

**Nombre Comercial del Producto**

## Grapadora circular manual 29 mm

**CÓDIGO**

## CDH29B

| Altura de Grapa | Longitud de Vastago | Longitud de Mandibula |
|---|---|---|
| 1,5 - 2,2 mm | 18 cms | 29 mm de diametro |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Usos Frecuentes: | Las grapadora CIRCULAR de 21 mm pueden aplicarse a lo largo del tubo digestivo para las anastomosis termino-terminales, termino-laterales y latero-laterales. |
| Materia Prima | Grapadora : Policarbonato, acrilonitrilo, Butadieno Estireno, Politretamida, Nylon, Esterato de Sodio, Acero inoxidable, Aluminio.<br>Grapas : Aleación de Titanio |
| Color del Material: | Predomina Blanco |
| Descripcion: | La grapadora ETHICON CIRCULAR de 21 mm es una grapadora para anastomosis cuyo diámetro permite adaptarse debidamente el dispositivo al diámetro del lumen. Cada dispositivo cuenta con un yunque desmontable que el cirujano puede colocar en la posición que desee. El dispositivo permite al cirujano controlar la compresión de los tejidos modificando la altura de la grapa cerrada. El dispositivo ha sido diseñado para facilitar la inserción, el funcionamiento y la extracción. Una lámina protectora de grapas en el cabezal de cada dispositivo protege las puntas de la pata de la grapa durante el envío y el transporte. |

Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Presentación Comercial: | Empaque individual esteril para su uso en un solo paciente. Deséchelo después de su uso. |
| Metodo de Esterilizacion: | Radiacion, no reesterilizar |
| Transporte y almacenamiento: | Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez |
| Recomendaciones de Uso: | Dispositivo medico de un solo uso, No reesterilizar / No reutilizar Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos o no usadas |
| Precauciones Generales: | Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y las técnicas quirúrgicas. Asegúrese que el tejido que desea grapar este correctamente colocado entre las ramas antes de graparlo. Tenga cuidado de no disparar este instrumento si la línea de grapado puede quedar en tensión. Al colocar la grapadora en el lugar de aplicación compruebe que sobre el lugar no presente obstrucción como clips, catéteres, guías etc. Entre las ramas del instrumento<br>*para ampliar información consultar al manual del usuario |
| Disposición Final: | Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, descaracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente. |

| INFORMACION GENERAL | |
|---|---|
| Vida Util: | 5 años |
| Tipo de Dispositivo: | Invasivo |
| Riesgo: | IIB |
| Registro Sanitario: | INVIMA 2017 DM - 0000699 - R2 |

| | |
|---|---|
| Fabricante: | ETHICON ENDO-SURGERY LLC con domicilio en PUERTO RICO; ETHICON ENDOSURGERY INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
| Importadores: | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S., AVENIDA CALLE 26 # 69 - 76, EDIFICIO ELEMENTO, TORRE 2 - PISOS 3 AL 11, BOGOTA D.C., COLOMBIA |