Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

SISTEMA DE LIGADURA LIGACLIP



CÓDIGO

MCS20

CARACTERÍSTICAS

Longitud	Tamaño de grapa	Número de grapas	Apertura de grapa	Longitud de grapas cerradas	Cantidad/caja
23,8 cm	Pequeña	20	2,1 mm	3,8 mm	6

INFORMACION GENERAL	
Descripción	El aplicador de grapas múltiples LIGACLIP® (MCA) está diseñado para ofrecer un medio de ligadura rápido y eficiente. Los dispositivos están precargados con 20-30 grapas de titanio que avanzan individualmente después de cada aplicación de la grapa.
Materia Prima	Acero Inoxidable, titanio.
Usos frecuentes	Para el uso en aplicadores en procedimientos de ligadura de vasos u otras estructuras tubulares donde esté indicado el uso de grapadoras metálicas.
Transporte y almacenamiento	Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez
Recomendaciones de uso	Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas

Disposición final	Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

INFORMACIÓN REGULATORIA	
Vida útil	5 años
Tipo de dispositivo	Invasivo quirurgico
Riesgo	IIB
Registro Sanitario	INVIMA 2015 DM - 000771 - R3
Fabricante	ETHICON LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; JOHNSON & JOHNSON DE BRASIL INDUSTRIA Y COMERCIO PRODUCTOS PARA LA SALUD LTDA con domicilio en BRASIL; ETHICON INC. con domicilio en MEXICO; ETHICON, INC. con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Importadores	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. con domicilio en Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento. Torre 2 - Pisos 3 al 11 - Bogotá-Colombia