Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

STRATAFIX SPIRAL ANTIBACTERIAL

CÓDIGO

SXPP1B409

CARACTERÍSTICAS

Material	Calibre hebra	Longitud de Hebra (cm)	Nombre Aguja	Longitud aguja (mm)	Curvatura aguja	Punta Aguja
Polidioxanona stratafix	2-0	15	CT1	0	1/2 Circulo	Ahusada

Numero de agujas	Numero de hebras	Tamaño Pledget (mm)
1	1	No Aplica

INFORMACION GENERAL	
Descripción	STRATAFIX SPIRAL Dispositivo de Control de Tejido sin Nudos PDS (Polidioxanona) Antibacterial
Tipo	Sutura barbada monofilamento unidireccional
Materia Prima	Poliéster teñido (Violeta) Poli (p-Dioxanona) IRGACARE MP (Triclosán).
Color del material	Violeta
Color empaque	Plateado
Retención fuerza tensil in vivo	3-0 y Mayor 80% en 2 semanas 70% en 4 semanas 60% en 6 semanas

	4-0 y Menor 60% en 2 semanas 40% en 4 semanas 35% en 6 semanas
Tiempo de absorción	Absorción completa entre 182-238 días. Se absorbe por hidrólisis.
Reacción tisular	Ligera.
Usos frecuentes	Aproximacion de tejidos blandos, en los casos que sea apropiado el uso de suturas absorbibles
Presentación	Caja por 12 Unidades
Transporte y almacenamiento	Transportar y almacenar a temperatura ambiente en lugar fresco, seco y alejadas de la humedad, de la luz solar y de fuentes de calor. No utilizar después de la fecha de validez
Recomendaciones de uso	Dispositivo medico de un solo uso, No re esterilizar. Se asegura la esterilidad mientras el empaque no se abra, no se dañe, ni se moje. Desechar los empaques abiertos y las suturas no usadas
Disposición final	Los residuos cortopunzantes deben desecharse en contenedor adecuado tipo guardián. Todo residuo biológico debe de ser desinfectado, des caracterizado / incinerado antes de ser descartado, según legislación vigente

INFORMACIÓN REGULATORIA	
Vida útil	24 Meses
Tipo de dispositivo	Invasivo quirurgico
Riesgo	III
Registro Sanitario	INVIMA 2017 DM - 0015882
Fabricante	ETHICON LLC con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Importadores	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.