Johnson&Johnson MedTech

ETHICON

FICHA TÉCNICA

Nombre Comercial del Producto

GRAPADORAS PARA CIRUGIA ABIERTA ETHICON



CÓDIGO

TLC75

CARACTERÍSTICAS

Longitud de la línea de corte	Tamaño de grapa	Filas de grapas	Longitud de la línea de grapado	Número de grapas	Cantidad máxima de disparos
73 mm	Mediana	4	77 mm	76	8

INFORMACION GENERAL	
Descripción	• El mecanismo único CAM y el pin de retención de tejido se diseñaron para permitir la formación consistente de las grapas a lo largo de la línea de grapado • Dispone de cuatro recargas distintas para ajustarse a una amplia variedad de espesores de tejido • Dispone de tres longitudes para ajustarse a una amplia variedad de aplicaciones de procedimientos • La posición de bloqueo intermedia permite al cirujano manipular el tejido sin separar el dispositivo
Materia Prima	Partes que componen el dispositivo médico composición cualitativa engrapadora policarbonato, nylon, poliuretano, acero inoxidable, esterato de sodio, polieteramida, alumino grapa estearato de sodio, aleación de titanio y vanadio.
Cantidad/Caja	Las grapadoras se suministran en caja o bolsa por 1 y 3 unidades. Las recargas se suministran en caja o bolsa que contiene 1 y 12 unidades.

Usos frecuentes	Las grapadoras para cirugía abierta están indicadas en cirugías gastrointestinales, ginecológicas, torácicas y pediátricas para la transección, resección y creación de anastomosis.

INFORMACIÓN REGULATORIA	
Vida útil	5 años
Tipo de dispositivo	Invasivo quirurgico
Riesgo	IIB
Registro Sanitario	INVIMA 2022 DM - 0001054 - R2
Fabricante	ETHICON ENDOSURGERY LLC con domicilio en PUERTO RICO; ETHICON ENDOSURGERY, INC. Con domicilio en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; ETHICON ENDOSURGERY S.A. de C.V. con domicilio en MEXICO.
Importadores	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S. con domicilio en Avenida Calle 26 # 69 - 76 Edificio Elemento. Torre 2 - Pisos 3 al 11 - Bogotá-Colombia