REEVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA No. 0165- ARC- CBN1-2020

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS INMOBILIARIO PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASI: LOTE I: EQUIPOS MEDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPOS MEDICOS.

FECHA DE CIERRE: 29 OCTUBRE 2020

FECHA DE EVALUACIÓN: 20 NOVIEMBRE 2020.

PROPUESTAS PRESENTADAS:

- **EEMC SAS**
- **ULTRA SCHALL**
- **INGENIERIA ARQUITECTURA**
- **YINA PAOLA LOMBANA TOUS**
- **PROKONTROL**
- **DOTA SALUD**
- **IMCARE SAS**
- **MUEBLES HOSPITALARIOS**
- **EMELAB SAS**
- **SERVICIO MEDICO DE NARIÑO**
- **LM INSTRUMENTS**

A continuación, se relacionan los aspectos a reevaluar:

Técnico Se verificará la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Los oferentes presentaron sus ofertas, entendiendo y aceptando la totalidad de las exigencias establecidas en el Anexo "F" de Especificaciones Técnicas y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas por la Entidad para la satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación pública **No. 0165 - ARC-CBN1 2020** en la oferta presentada.

Se realiza la verificación de los documentos exigidos y el cumplimiento de los factores técnicos mínimos excluyentes del proceso **No. 0165 - ARC-CBN1 2020.**

EEMC SAS (LOTE 3)

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO

ITEM	BIENES	CANT	UNIDAD DE MEDIA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	**TRANSDUCTOR LINEAL L742** Transductor lineal L742, para ecógrafo compatible con la marca SONOSCAPE S12	01	UNIDAD	CUMPLE
1	**TRANSDUCTOR SECTORIAL 2P1** Transductor Sectorial 2P1, para ecógrafo compatible con la marca SONOSCAPE S12	01	UNIDAD	CUMPLE

OBSERVACIÓN: EL OFERENTE NO APORTÓ FICHA TÉCNICA.

- **EXPERIENCIA MÍNIMA.**

Código del clasificador UNSPSC	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor, incluido adiciones	Contratista (singular o plural)	% de participación	Contratante (sector público o privado)	Datos de contacto del área de la Entidad Estatal encargada del supervisión del
41111739, 42181903	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EWUIPOS ODONTOLOGICOS, EQUIPOS MEDICOS, LABORATORIO CLINICO , TERAPIA FISICA, ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE NIVEL Y DE LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA Y DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO PATOLOGIA, BANCO DE SANGRE INCLUIDO PIPETAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.	9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014	TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (395.000.000)	EEMC SAS	100 %	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NAIONAL DIRECCION DE SANIDAD SECCIONAL SANIDAD BOGOTA	LUZMILA SANCHEZ GOMEZ
41111739, 42181903	EL SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	23 DE JUNIO DEL AÑO 2011	31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS (99'946.600)	EEMC S.A.S	100 %	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	TENIENTE CORONEL PAULO GABRIEL JAUREGUI DURAN

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.



OSCAR ERNESTO MEDINA MARTINEZ
C.C. 79352808
DIR: CALLE 67 A BIS A 60 67

Verificación experiencia en el RUP: CUMPLE

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el Lote 3 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

Yo OSCAR ERNESTO MEDINA MARTINEZ manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación tecnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para LOTE 3

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS
Lote No. 1	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad 02 Baterías recargable para el Videolaringoscopio y 02 mantas de calentamiento (por convección requisitos de temperatura media y máxima de la superficie de contacto especificados en la norma ASTM F2196.02: Media ≤46 °C Máxima ≤48°C).	10 puntos
Lote No. 2	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	10 puntos
Lote No. 3	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad 01 Guía para biopsia para el traductor lineal.	10 puntos

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

Nota 2: Validez de la oferta: Noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.
Atentamente,

Atentamente,

Oscar Ernesto Medina Martínez
Representante legal
CC. 79.352.808

NOTA: AL ESTAR INHABILITADO TÉCNICAMENTE NO SE OTORGA PUNTAJE.

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **EEMC SAS,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica, este comité se permite **NO HABILITAR TÉCNICAMENTE,** ya que el oferente **NO** adjunto la ficha técnica correspondientes a las especificaciones técnicas del anexo "F".

ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS (LOTE 3)

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

ITEM	BIENES	CANT	UNIDAD DE MEDIA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	**TRANSDUCTOR LINEAL L742** Transductor lineal L742, para ecógrafo compatible con la marca SONOSCAPE S12	01	UNIDAD	CUMPLE
1	**TRANSDUCTOR SECTORIAL 2P1** Transductor Sectorial 2P1, para ecógrafo compatible con la marca SONOSCAPE S12	01	UNIDAD	CUMPLE

El oferente cumple con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico "F"

- **EXPERIENCIA MINIMA**

ANEXO "E"
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM rup	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
132	Dotaciones en salud DOTASALUD JC SAS	Ultra Schall de Colombia sas	2867	Venta de un Ecografo con tres transductores	17/10/2019	16/05/2020	51.92	$ 45.581.420		422017
110	Biomédica universal SAS	Ultra Schall de Colombia sas	2962	Venta de un ecógrafo con tres transductores	29/11/2019	29/11/2019	52.67	$ 43.619.688		422017
85	Cristian Daza	Ultra Schall de Colombia sas	106	Venta de un ecógrafo con tres transductores	16/08/2018	15/09/2018	18,19	$ 14.213.905		422017

BASE
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

NOTA 2: La experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la entidad contratante con base en la información suministrada en el presente documento y las certificaciones requeridas en el presente pliego de condiciones

EL OFERENTE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 3 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

El suscrito FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ, obrando en calidad de representante legal de ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No. **0165-ARC-CBN1-2020** Cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO, y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación tecnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para el LOTE 3 ACCESORIOS EQUIPO MEDICO

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS	OFRECE
Lote No. 3		
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad 01 Guía para biopsia para el traductor lineal.	10 puntos	**SI**

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

Nota 2: Validez de la oferta: Noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.
Atentamente,



FERNANDO HUAMANCHUMO QUIROZ
C.E. 1088035
Representante legal
ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS
NIT 900.414.376-6
(Nombre y firma del Representante Legal

El oferente oferta los ponderables con un puntaje de 10 puntos

Calificación de origen de los bienes
No se otorga puntaje, toda vez que se limitó a aportar el Anexo "K" Productor Nacional diligenciando la opción servicios nacionales, aspecto que no es verificable en el presente proceso de selección ya que el objeto del proceso de selección corresponde al suministro de bienes.

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica, este comité se permite **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta.

IMCARE SAS (LOTE 2 y 3)

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg	X	
Barandas laterales abatibles y retractiles	X	
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos	X	
Atril para líquidos endovenosos	X	
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla	X	
Manijas para facilitar el traslado	X	
Dispositivo de sujeción del paciente	X	
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°	X	
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos	X	
Ruedas de caucho y/o material sintético	X	
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.	X	
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)	X	
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego	X	
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.	X	
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°		X
Soporte porta cilindro de oxigeno	X	
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.	X	
Porta suero de altura graduable con dos ganchos	X	
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2" hasta 8".	X	

LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO

ITEM	BIENES	CANT	UNIDAD DE MEDIA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	**TRANSDUCTOR LINEAL L742** Transductor lineal L742, para ecógrafo compatible con la marca SONOSCAPE S12	01	UNIDAD	CUMPLE
1	**TRANSDUCTOR SECTORIAL 2P1** Transductor Sectorial 2P1, para ecógrafo compatible con la marca SONOSCAPE S12	01	UNIDAD	CUMPLE

El oferente cumple con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico "F" para los LOTES 2 y 3.

EXPERIENCIA MÍNIMA

El oferente **SUBSANÒ** Anexo "E"

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente por lo cual se verifica en totalidad y se observa que cumple con la experiencia exigida para el Lote 2 y Lote 3.

- **PONDERABLES**

IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES S.A.S.

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

La suscrita ANA LUCIA SIERRA MURCIA, obrando en nombre DE IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS IMCARE SAS, con NIT 900.068.959-5 manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No. 0163-ARC-CBN1-2020, Cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO, y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación técnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para BASE NAVAL ARC BOLIVAR cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO, ofertando factores ponderables para LOTE 2 y LOTE 3.

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS
Lote No. 1	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad 02 Baterías recargable para el Videolaringoscopio y 02 mantas de calentamiento (por convección requisitos de temperatura media y máxima de la superficie de contacto especificados en la norma ASTM F2196.02: Media ≤46 °C Máxima ≤48°C).	No aplica
Lote No. 2	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	Se entregarán las cinco (5) colchonetas para camilla de transporte deen material requerido de 8 cm de espesor
Lote No. 3	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la Entidad 01 Guía para biopsia para el traductor lineal.	Se entregará una (1) guía de biopsia para traductor lineal

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

Nota 2: Validez de la oferta: Noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.

Atentamente;

ANA LUCIA SIERRA MURCIA
C.C. No. 51.550.509 de Bogotá
Representante Legal
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES SAS IMCARE SAS
NIT: 900.068.959-5

Dirección: Calle 57B Sur No. 62-92 Int 73 / Calle 113 No. 55 - 61 Oficina 101
Teléfonos: 3132109481 - 3134514902 - E-mail: comercial@imcare.com.co
Bogotá - Colombia

El oferente oferta los ponderables técnicos así:

Ponderable correspondiente al **LOTE 2:** Teniente en cuenta que, no se encuentra habilitado para el Lote No. 2, NO se otorga puntaje.
Ponderable correspondiente al **LOTE 3** se le otorga 10 puntos.

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos, aplica para LOTE 3 al señalar que los bienes ofrecidos se encuentran en un acuerdo comerciales. (Anexa acuerdo comercial a su propuesta).

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **IMCARE SAS referente al LOTE 2,** una vez reevaluados y analizados todos los documentos de su oferta, observaciones y documentos subsanables anexos, el comité técnico evaluador, concluye **NO HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta, ya que al revisar la ficha técnica del **LOTE 2**, con respecto a especificación técnica "Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°", la camilla ofertada por la empresa IMCARE realiza las posiciones de Trendelenburg y antitredelenburg de 16° y -16° y no entre 18° y -18°, por esta razón la camilla **NO CUMPLE** con la exigencia técnica mínima en cuanto a la graduación de las posiciones de Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°.

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **IMCARE SAS referente al LOTE3,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica, este comité se permite **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta para el **LOTE 3**.

INGENIERIA ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS (LOTE 2)

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg		X
Barandas laterales abatibles y retractiles		X
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos		X
Atril para líquidos endovenosos		X
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla		X
Manijas para facilitar el traslado		X
Dispositivo de sujeción del paciente		X
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°		X

Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos		X
Ruedas de caucho y/o material sintético		X
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.		X
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)		X
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego		X
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.		X
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°		X
Soporte porta cilindro de oxigeno		X
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.		X
Porta suero de altura graduable con dos ganchos		X
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2" hasta 8".		X

El oferente no adjunta el **anexo "F"** que hace referencia a las especificaciones técnicas, es de aclarar que adjunta la ficha técnica, pero no el anexo como se debe presentar la propuesta, por lo tanto, no cumple con este ítem.

- **EXPERIENCIA MÍNIMA.**

El oferente no adjunta el **anexo "E"** que hace referencia a la experiencia acuerdo al objeto del contrato.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

El oferente no adjunta el anexo "J" que hace referencia a los ponderables descritos en la invitación ofertar, por lo tanto, la puntuación es "0"

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 0 puntos

CONCLUSIONES: Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente INGENIERIA ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS, una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica, este comité se permite NO HABILITAR TÉCNICAMENTE.

YINA PAOLA LOMBANA TOUS (LOTE 2)

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg		X
Barandas laterales abatibles y retractiles		X
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos		X
Atril para líquidos endovenosos		X
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla		X
Manijas para facilitar el traslado		X
Dispositivo de sujeción del paciente		X
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°		X
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos		X
Ruedas de caucho y/o material sintético		X
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.		X
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)		X
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego		X
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.		X
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°		X
Soporte porta cilindro de oxigeno		X
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.		X
Porta suero de altura graduable con dos ganchos		X
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2” hasta 8”.		X







Centro Comercial y Empresarial Getsemaní,
Cll. 30 No. 8B-74 Local 1A - 84 - 85
Tel: 660 5821 | Móvil: 313 5307910 - 300 3625348
distribucionesyl@gmail.com | Cartagena de Indias

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

El (los) suscrito (s) **YINA PAOLA LOMBANA TOUS**, obrando en nombre manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No**0165-ARC-CBN1-2020** cuyo objeto es **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES.**, y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación técnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para el lote 2

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS
Lote No. 2	
Ofrecemos sin costo adicional para la entidad 07 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	10 puntos

Cordialmente,

YINA PAOLA LOMBANA TOUS
C.C. No. 23.216.872 de Tolú (Sucre)
Representante Legal
Dirección: Calle 30 No. 8B-74 Local 1ª-84-85
Centro Comercial Y Empresarial Getsemaní
Teléfono: 6605821
Celular: 3135307910-3003625348
Correo Electrónico: distribucionesyl@gmail.com
Ciudad: Cartagena de Indias

El oferente adjunta el anexo "F" que hace referencia a las especificaciones técnicas, pero no adjunta la ficha técnica de la camilla ofertada, por lo tanto, el oferente debe **SUBSANAR** la ficha técnica.

- **EXPERIENCIA MÍNIMA.**



Centro Comercial y Empresarial Getsemaní,
Cll. 30 No. 8B-74 Local 1A - 84 - 85
Tel: 660 5821 | Móvil: 313 5307910 - 300 3625348
distribucionesyl@gmail.com | Cartagena de Indias

ANEXO "E"
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO UNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
103	LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	YINA PAOLA LOMBANA TOUS	ALC-LOC1-UM-2020	LA COMPRA DE LOS INSUMOS SANITARIOS Y DE PROTECCIÓN COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y AMENAZA ANTE EN COVID 19- EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE	Abril 22 de 2020	Mayo 21 de 2020	682,99	599.533.000	100%	42192200

Cordialmente,

YINA PAOLA LOMBANA TOUS
C.C. No. 23.216.872 de Tolú (Sucre)
Representante Legal
Dirección: Calle 30 No. 8B-74 Local 1ª-84-85
Centro Comercial Y Empresarial Getsemaní
Teléfono: 6605821
Celular: 3135307910-3003625348
Correo Electrónico: distribucionesyl@gmail.com
Ciudad: Cartagena de Indias

El oferente cumple con la experiencia mínima exigida.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

PONDERABLES: Teniendo en cuenta que se encuentra inhabilitado técnicamente, no se otorga puntaje.

Calificación de origen de los bienes: No se otorga puntaje.

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **YINA PAOLA LOMBANA TOUS,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica, el oferente **NO SUBSANO** la ficha técnica de la camilla ofertada ni los documentos que acreditan la capacidad técnica, por lo tanto, este comité se permite **NO HABILITAR TECNICAMENTE.**

PROKONTROL SAS (LOTE 2)

ANEXO "F" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg	X	
Barandas laterales abatibles y retractiles	X	
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos	X	
Atril para líquidos endovenosos	X	
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla	X	
Manijas para facilitar el traslado	X	
Dispositivo de sujeción del paciente	X	
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°	X	
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos	X	
Ruedas de caucho y/o material sintético	X	
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.	X	
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)	X	
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego	X	
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.	X	
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°	X	
Soporte porta cilindro de oxigeno	X	
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.	X	
Porta suero de altura graduable con dos ganchos	X	
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2" hasta 8".	X	

El oferente adjunta el anexo "F" y la ficha técnica del lote 2

EXPERIENCIA MÍNIMA

ANEXO "E"
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	UNION TEMPORAL QUIRURGIL PROKONTROL	206-1-2018	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS MEDICOS	29/11/2018	12 MESES	2.917.12	$2.415.719.180	17%	42182900,42191800,42182600,42192200,42295100,42192000.
	HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	PROKONTROL S.A.S.	171	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	19/07/2019	CUATRO MESES Y QUINCE DIAS	342.56	$ 283.686.520	NO APLICA	42201700
	HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA	PROKONTROL S.A.S.	194	ADQUISICION EQUIPOS BIOMEDICOS	05/09/2019	DOS MESES	218.22	$ 180.719.231	NO APLICA	42201700

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS
PROKONTROL S.A.S.

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

El oferente cumple con la experiencia mínima exigida.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

[dirección] Calle 92 Nº 15 - 48, Oficina 502
Bogotá D.C., Colombia
[pbx] + (571) 636 0802
[e-mail] prokontrol@prokontrol.com.co
[web] www.prokontrol.com.co

Bogotá DC, Octubre 29 de 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
Bogotá D.C.

Referencia – FACTORES PARA PONDERACIÓN TÉCNICA ADICIONAL PARA EL LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO OFERTADO EN EL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 0165-ARC-CBN1-2020.

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

Glady Patricia Orejarena Arias, obrando en nombre de **PROKONTROL SAS** manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No. **0165-ARC-CBN1-2020** Cuyo objeto es *"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO"*, y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la siguiente ponderación técnica y asumo la responsabilidad de la misma de acuerdo mi oferta presentada para el LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS
Lote No. 2	
Ofrecemos sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	10 puntos

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

El oferente oferta los ponderables con un puntaje de 10 puntos

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **PROKONTROL SAS,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica **LOTE 2**, este comité se permite **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta.

DOTASALUD JC SAS

ANEXO "F" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg	X	
Barandas laterales abatibles y retractiles	X	
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos	X	
Atril para líquidos endovenosos	X	
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla	X	
Manijas para facilitar el traslado	X	
Dispositivo de sujeción del paciente	X	
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°	X	
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos	X	
Ruedas de caucho y/o material sintético	X	
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.	X	
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)	X	
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego	X	
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.	X	
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°	X	
Soporte porta cilindro de oxigeno	X	
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.	X	
Porta suero de altura graduable con dos ganchos	X	
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2" hasta 8".	X	

El oferente adjunta el anexo "F" y la ficha técnica del lote 2

EXPERIENCIA MÍNIMA

El oferente **SUBSANA** el anexo "E" y las certificaciones de contratos que hace referencia a la experiencia del objeto del contrato del lote 2.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente por lo cual se verifica totalmente cumpliendo con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

DOTASALUD

NIT. 900.053.297-2
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC S.A.S.

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

El suscrito **LUDIVIA INES JIMENEZ APDILLA**, obrando en nombre (propio o de la Entidad proponente) manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No. **0165-ARC-CBN1-2020** Cuyo objeto es **"ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE" DIVIDIDO EN LOTES ASI: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO"**, y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación técnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para el proceso No. **0165-ARC-CBN1-2020**

Lote No. 2	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	10 puntos

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

Nota 2: Validez de la oferta: Noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.

Atentamente,

LUDIVIA INES JIMENEZ PADILLA
C.C. 51.731.612 DE BTA
REPRESENTANTE LEGAL
DOTACIONES EN SALUD DOTASALUD JC SAS

El oferente oferta los ponderables con un puntaje de 10 puntos

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos

CONCLUSIONES:
Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **DOTASALUD,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica **LOTE 2**, este comité se permite **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta.

MUEBLES HOSPITALARIOS MB (LOTE 2)

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg	X	
Barandas laterales abatibles y retractiles	X	
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos	X	
Atril para líquidos endovenosos	X	
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla	X	
Manijas para facilitar el traslado	X	
Dispositivo de sujeción del paciente	X	
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°	X	
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos	X	
Ruedas de caucho y/o material sintético	X	
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.	X	
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)	X	
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego	X	
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.	X	
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°	X	
Soporte porta cilindro de oxigeno	X	
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.	X	
Porta suero de altura graduable con dos ganchos	X	
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2" hasta 8".	X	

El oferente adjunta el anexo "F" con la ficha técnica del Lote 2

EXPERIENCIA MÍNIMA

ANEXO "E"

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
2	LTDA MEDICAL COMPANY	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS	CTR-MB-006-2019	VENTA DE CAMAS Y CAMILLAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC -013-2019	43336	43397	770.49	$ 601.946.077	100%	42192201

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FELIPE BALLEN RINCON
Nombre del Proponente: MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

NOTA 2: La experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la entidad contratante con base en la información suministrada en el presente documento y las certificaciones requeridas en el presente pliego de condiciones.

PBX (+571) 9022475 - 9021826
CALLE 50 # 9 – 57 – LEON XIII – SOACHA
admon@muebleshospitalariosmb.com
www.muebleshospitalariosmb.com

El oferente cumple con la experiencia mínima exigida.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

El suscrito ANDRES FELIPE BALLEN RINCON, obrando en nombre MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso invitación a ofertar No. 165-ARC-CBN1-2020, presento propuesta para la ARMADA NACIONAL – LA BASE NAVAL ARC "BOLIVAR" Cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO, y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación tecnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para ***LOTE 2*** *CAMILLA TRANSPORTE PARA PACIENTE*

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS
Lote No. 2	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	10 puntos

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

Nota 2: Validez de la oferta: Noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.
Atentamente,

Nombre del Proponente: MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
Nombre del Representante Legal: ANDRES FELIPE BALLEN RINCON

Firma del Representante Legal o Apoderado:

El oferente oferta los ponderables con un puntaje de 10 puntos

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **MUEBLES HOSPITALARIOS MB,** una vez reevaluados y analizados todos los documentos de su oferta, observaciones y aspectos subsanables, el comité técnico evaluador concluye, **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta, ya que al realizar la reevaluación **MUEBLES HOSPITALARIOS MB,** se encontró que, aclaró en debida forma las observaciones emitidas por el comité técnico referentes a la quinta rueda, quedando claro para este comité que la parte grafica si corresponde con la descripción por lo tanto se acepta su observación y **si cumple** con el requisito de la quinta rueda, así mismo se realiza revisión del cumplimiento del cronograma de mantenimiento observando el documento **CERTIFICADO DE CONDICIONES GENERALES**, ítem 5 si garantiza el cronograma de mantenimiento descrito en el pliego de condiciones consistente en realizar el mantenimiento preventivo por dos años, por lo cual se harían dos visitas por año para un total de 4, por lo tanto el oferente **MUEBLES HOSPITALARIO MB** CUMPLE con los requisitos técnicos exigidos.

EMELAB SAS (LOTE 2)

ANEXO "F" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg	X	
Barandas laterales abatibles y retractiles	X	
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos	X	
Atril para líquidos endovenosos	X	
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla	X	
Manijas para facilitar el traslado	X	
Dispositivo de sujeción del paciente	X	
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°	X	
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos	X	
Ruedas de caucho y/o material sintético	X	
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.	X	
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)	X	
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego	X	
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.	X	

Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°	X	
Soporte porta cilindro de oxigeno	X	
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.	X	
Porta suero de altura graduable con dos ganchos	X	
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2" hasta 8".	X	

El oferente adjunta el anexo "F" con la ficha técnica del Lote 2

EXPERIENCIA MÍNIMA

EMELAB
NIT: 901.143.768-1

ANEXO "E"
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
2	LANCE BIOMEDICAL GROUP SAS	EMELAB SAS	010 DE 2018	COMPRA VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGÍA, MOBILIARIO HOSPITALARIO, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, SIMULADORES DE EMERGENCIA, EQUIPO DE ENTRENAMIENTO MEDICO, AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y ELEMENTOS DE HOTELERÍA HOSPITALARIA	9 DE FEBRERO DE 2018	8 DE MARZO DE 2018	128,00	$100.000.000	100%	42192200
13	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	EMELAB SAS	066-00-B-COFAC-BACOF-2018	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ARMADA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA	19 DE NOVIEMBRE DE 2018	14 DE DICIEMBRE DE 2018	260,11	$203.215.000	100%	42192200
14	LANCE BIOMEDICAL GROUP SAS	EMELAB SAS	030 DE 2018	COMPRA VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGÍA, MOBILIARIO HOSPITALARIO, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, SIMULADORES DE EMERGENCIA, EQUIPO DE ENTRENAMIENTO MEDICO, AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y ELEMENTOS DE HOTELERÍA HOSPITALARIA	13 DE AGOSTO DE 2018	12 DE SEPTIEMBRE DE 2018	154,04	$120.345.384	100%	42192200

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MARTHA JANETH SEGURA PARRA

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

NOTA 2: La experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la entidad contratante con base en la información suministrada en el presente documento y las certificaciones requeridas en el presente pliego de condiciones

El oferente cumple con la experiencia mínima exigida.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

EMELAB
NIT: 901.143.768-1

ANEXO "I"
PONDERACIÓN TECNICA

La suscrita ***MARTHA JANETH SEGURA PARRA****, obrando en nombre de* ***EMELAB S.A.S.*** *manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso* ***No. 0165-ARC-CBN1-2020*** *Cuyo objeto es* ***(ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO).*** *y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación tecnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para* ***LOTE No. 2.***

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	*PUNTOS*
Lote No. 2	
UT ARMADA 2020 CERTIFICO que ofrezco sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	*10 puntos*

Nota 1: *Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.*

Nota 2: *Validez de la oferta: Noventa (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.*

Atentamente,

MARTHA JANETH SEGURA PARRA
C.C. 52.315.251 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
EMELAB SAS

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

El oferente oferta los ponderables con un puntaje de 10 puntos

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada por el proponente **EMELAB SAS,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica LOTE 2, este comité se permite **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta, debido que al reevaluar la oferta una vez analizada la ficha técnica, se evidencia que en la descripción técnica se relaciona la quinta rueda, aunque en la parte grafica no se observe claramente la quinta rueda, el oferente está comprometido a cumplir con ese requisito con el anexo especificaciones técnicas al ser documentos complementarios, ya que las fichas técnicas no contemplan al 100% las especificaciones técnicas de un producto.

SERVICIO MEDICO DE NARIÑO

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.

LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO

CAMILLA DE TRANSPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Capacidad de peso mínima 200kg		X
Barandas laterales abatibles y retractiles		X
Movimientos hidráulicos y/o neumáticos		X
Atril para líquidos endovenosos		X
Protección contra golpes en los cuatro lados del perímetro, que amortigüen impactos y protejan la camilla		X
Manijas para facilitar el traslado		X
Dispositivo de sujeción del paciente		X
Angulo de inclinación de cabecera (0 a 75°) o (0a 90°) +/-15°		X
Sistema de frenado centralizado a las cuatro ruedas con activadores en los dos extremos		X
Ruedas de caucho y/o material sintético		X
Dimensiones de la camilla Aprox (largo entre 190 cms a 200cms , ancho entre 75 cms a 85 cms.		X
Colchoneta en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (minimo 5cm de espesor)		X
Sistema de forro impermeable que sea retardante al fuego		X
Sistema de quinta rueda para garantizar maniobrabilidad de la camilla.		X
Trendelenburg y antitredelenburg de 18°,-18°		X
Soporte porta cilindro de oxigeno		X
Se permitirá un margen de diferencia de las dimensiones de +/-10 cms.		X
Porta suero de altura graduable con dos ganchos		X
Ruedas metálicas o de uretano con un tamaño entre 2” hasta 8”.		X

El oferente adjunta el anexo “F” NO SUBSANA la ficha técnica del Lote 2

EXPERIENCIA MÍNIMA

ANEXO "E"
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
1	CLINICA MIRAMAR	SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO SAS	S/N	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO, BIOMEDICO Y DE LABORATORIO PARA LAS SEDES DE LA CLINICA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE TUMACO (N)	04/05/2015	30/05/2015	3.026	1.950.000.000	100%	421922

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

NOTA 2: La experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la entidad contratante con base en la información suministrada en el presente documento y las certificaciones requeridas en el presente pliego de condiciones

El oferente cumple con la experiencia mínima exigida.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 2 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

ANEXO "J"
PONDERACIÓN TECNICA

El suscrito, MANUEL FERNANDO BRAVO GIRON, en calidad de representante legal de SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO SAS, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, ponderación y condiciones de ejecución del contrato, que hacen parte del proceso No. 0165-ARC-CBN1-2020 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIOS PARA EL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA REGIONAL NORTE". DIVIDIDO EN LOTES ASÍ: LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO PACIENTE CRITICO, LOTE 2: MOBILIARIO HOSPITALARIO, LOTE 3: ACCESORIOS EQUIPO MEDICO y teniendo en cuenta dicho conocimiento presento la presente ponderación tecnica y asumo la responsabilidad de la misma acuerdo mi oferta presentada para el lote 2

FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES	PUNTOS
Lote No. 2	
El oferente que ofrezca sin costo adicional para la entidad 05 Colchonetas para camilla de transporte (en material que permita los procesos de limpieza y desinfección, (mínimo 5cm de espesor).	10 puntos

Nota 1: Los factores técnicos ponderables harán parte integral del contrato.

Nota 2: **Validez de la oferta: Noventa** (90) días a partir de la fecha de recepción de propuestas.
Atentamente,

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE: SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARIÑO SAS
DIRECCIÓN CRA 40 NO 12ª-54 Pasto (N)
CORREO ELECTRÓNICO serbionar@gmail.com – coordinación@serbionar.com
TELÉFONO 317 656 5958 -78

El oferente oferta los ponderables con un puntaje de 10 puntos

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos

CONCLUSIONES:

Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **SERVICIO MEDICO DE NARIÑO,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica LOTE 2, el oferente **NO SUBSANÓ** la ficha técnica del lote ofertado, aunado a eso hace referencia al contrato adjunto por medio de certificación de experiencia anexo ¨E" no se evidencia el código correspondiente al lote 2, también se evidencia que la ficha técnica no se adjuntó a la oferta y que el oferente no anexo los documentos que acreditan la capacidad técnica, por lo tanto este comité declara que el oferente **SERVICIO BIOMEDICO DE NARIÑO NO ESTA HABILITADA TECNICAMENTE**.

LM INSTRUMENTS S.A. (LOTE 1)

ANEXO "F"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los requerimientos descritos a continuación serán evaluados por el Comité Técnico Evaluador, como CUMPLE/ NO CUMPLE.


LOTE 1: EQUIPOS MÉDICOS CUIDADO DEL PACIENTE CRITICO

CÓDIGO	CCP	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIA
42142105	A 02-01-01-004	1	**UNIDAD DE CALOR MANTA TERMICA** Ajustes de temperatura igual o aproximado a 45 °C (Alto); 40 °C (Medio); Tecla 34 °C (Bajo). Filtro absoluto (HEPA) o filtro partículas de aire de 0,2 micras. Indicador Cambio Filtro o cambio de filtro de acuerdo con recomendación del manual del fabricante. Alarma con indicadores Visual y Auditivos y/o alarma visual y auditiva de prioridad media y baja. Protección automática de exceso o falta de temperatura Modo calor desactivado para generar aire temperatura ambiente Registro de errores (opcional) Teclado multifuncional. Carro de transporte Requisitos de alimentación 100 a 240 VCA Especificaciones ambientales Temperatura de 10 °C a 40 °C, Humedad relativa 15-85 % Precisión de la temperatura mostrada : ±1,0 °C (aire que entra en el tubo) Modo de disminución automática de la temperatura (temperatura de rápida a alta) (Opcional) Umbral de protección térmica: Termostato (interno): entre 49 °F y 55 °F (entre 120 °F y 131 °F) (Opcional) **MANTAS**	2	UNIDAD

				Las mantas de calentamiento por convección cumplen los requisitos de temperatura media y máxima de la superficie de contacto especificados en la norma ASTM F2196.02: Media ≤46 °C Máxima ≤48 °C Cámaras tubulares de aire ubicadas uniformemente. Resistente a rasgaduras, perforaciones y fluidos Tamaños pediátricos y adulto según necesidad		
42272001	A 02-01-01-004	2		**VIDEOLARINGOSCOPIO ADULTO** Portátil, diseño ergonómico Pantalla OLED a color reutilizable, antirreflectante, tamaño 6,1 cm Batería recargable Puerto de video RCA Resolución de video 320 x 240 (QVGA) Material Policarbonato / revestimiento antirreflectante de ABS en la ventana de la pantalla COMPONENTES: Video laringoscopio con imagen de alta calidad contiene: Un adaptador de video, Una pantalla visión, Estuche, Cuatro palas aBlade con canal Dos palas aBlade estándar Hoja No 3 con canal para adulto Hoja No 2 con canal para pediátrico	2	UNIDAD
42272001	A 02-01-01-004	3		**HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO SIN CANAL ADULTO** Desechable - Antivaho - longitud de la hoja es de 17 cm - fuerza de tracción de la hoja 15 libras - Permite un ángulo visible de 160º. - Policarbonato / revestimiento antirreflectante de ABS en la ventana de la pantalla	9	UNIDAD
42272001	A 02-01-01-004	4		**HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO CON CANAL ADULTO** Desechable - longitud de la hoja es de 17 cm - fuerza de tracción de la hoja 15 libras - Permite un ángulo visible de 160º. - Policarbonato / revestimiento antirreflectante de ABS en la ventana de la pantalla	9	UNIDAD
42272001	A 02-01-01-004	5		**HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO SIN CANAL PEDIATRICA** Hoja para videolaringoscopio sin canal No 2 para niños de 1 a 10 años - Desechable - longitud de la hoja es de 11 a 13 cm - Apertura mínima de la boca: 10 mm (pala estándar). Peso: 29 gramos (pala estándar). Tamaño del TET: 4,5 a 5,5 mm.	8	UNIDAD
42272001	A 02-01-01-004	6		HOJA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO CON CANAL PEDIATRICA Hoja para videolaringoscopio con canal No 2 para niños de 1 a 10 años - Desechable - longitud de la hoja es de 11 a 13 cm - Apertura mínima de la boca: 10 mm (pala estándar). Peso: 29 gramos (pala estándar). Tamaño del TET: 4,5 a 5,5 mm.	8	UNIDAD

El oferente adjunta el anexo "F"

EXPERIENCIA MÍNIMA



Carrera 68D No. 25B - 86 | Oficina 318 - Bogotá Colombia - PBX: (571) 427 2000
C.P.: 110931 - NIT 800.077.635 - 1

ANEXO "E"
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

ITEM	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. CONTRATO	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V	VALOR DE CONTRATO EN PESOS	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
1	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	LM Instruments SA	5145-2017 *(Contrato RUP 332)*	Contratar la adquisición de la tecnología biomédica priorizada	24-01-2018	Tres (3) meses	551,79	$ 431.085.165	N/A	421421
2	Ejército Nacional – Direccion de Sanidad	LM Instruments SA	472-DISAN-EJC-2014 *(Contrato RUP 142)*	Adquisición de equipos médicos, mobiliario hospitalario	18-09-2014	Cuatro (4) meses	251,92	$ 155.180.800	N/A	422720

FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

JOSE LISANDRO GONZALEZ AGUILAR

NOTA 1: Se deberá diligenciar la misma información cuantas veces corresponda por las certificaciones de experiencia que se pretendan adjuntar con la propuesta a presentar.

NOTA 2: La experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado, y la cual es verificada por la entidad contratante con base en la información suministrada en el presente documento y las certificaciones requeridas en el presente pliego de condiciones.

Certificados en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

WWW.LMINSTRUMENTS.COM.CO

El oferente cumple con la experiencia mínima exigida.

- **RUP**

El oferente adjunta el registro único proponente el cual si cumple con el código relacionado para el lote 1 de la invitación a ofertar.

- **PONDERABLES**

El oferente no presenta oferta de ponderable, por lo tanto, el puntaje es "0"

Calificación de origen de los bienes
El oferente tiene un puntaje de 10 puntos

CONCLUSIONES:

- Acuerdo a la propuesta presentada, por el proponente **LM INSTRUMENTS,** una vez reevaluados y analizados todos los puntos con referencia a la parte técnica establecida en la invitación publica **LOTE 1**, este comité se permite **HABILITAR TÉCNICAMENTE** dicha propuesta.

Atentamente



Suboficial tercero **EDWIN ELEIXE GOMEZ ARRECHEA**
EVALUADOR TECNICO