

FICHA TECNICA N°1

CAMAS HOSPITALARIAS TIPO UCI

DOTACIÓN HOSPITALARIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CANTIDAD	OBSERVACION
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA TIPO UCI	1. Cama hospitalaria de 4 planos			79	
	2. Eléctrica				
	3. Cuatro (4) barandas independientes o dobles de seguridad laterales				
	4. Control remoto o de mano alámbrico para los movimientos eléctricos				
	5. Ruedas de entre 4 y 6 pulgadas con freno central				
	6. Acabado general en pintura electrostática				
	7. Movimientos 3 posiciones y uno fijo				
	8. Capacidad de carga mínimo de 180 kg				
	9. Borde perimetral en caucho macizo o topes antichoque en las cuatro esquinas				
	10. Movimientos: CPR, flexión espalda, flexión pies, cambio de altura y autocontorno, trendelemburg, trendelemburg inverso (0° - ±18° como máximo)				
	11. Dimensiones entre los rangos: exterior: largo (200 a 220) cm, ancho (90 a 110) cm, cambio de altura desde (35 a 50) cm a (70 a				



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

	90) cm				
	12. Batería de respaldo				
	13. Atril porta suero				
	14. Colchón con forro lavable hospitalario				
	15. Plataforma de cama translúcida que permita toma de muestras radiográficas				
	16. Alimentación 110 ± (10%) VAC -50/60hz				

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Documento que garantice que los equipos biomédicos cuentan con la trazabilidad respecto a verificación o calibración, de no ser así, se debe justificar por parte del fabricante que no se requiere dicho proceso				
Factura de compra o documento equivalente				
Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA)				
Certificado de Garantía				
Cronograma de soporte preventivo y/o correctivo durante el tiempo de garantía				
Acta de Capacitación en uso y operación del equipo a personal de la ESE, con lista de asistencia				
Manual de usuario y servicio en medios físicos y digitales				



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080

Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas

E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

Registro Sanitario de los equipos biomédicos				
Certificado de importación de los equipos biomédicos				
Permiso de comercialización				

El componente debe cumplir con cada una de las especificaciones técnicas mínimas viabilizadas.

El ajuste o cambio de alguna de sus características específicas, refiere a que el oferente mejore la oferta en el componente.



Certificate No.
LAT - 0915



Teléfonos: + 57 (6) 8801620 - Línea gratuita 018000968080



Dirección: Cra 21 N° 29 - 29, Manizales - Caldas



E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co