HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 25

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL EQUIPO:	DESFIBRILADOR DEA
MARCA:	SCHILLER MEDICAL
MODELO:	FRED EASY
NUMERO DE SERIE:	058997069721
NUMERO DE INVENTARIO:	2287
SERVÍCIO:	ZONA SUR



DATOS DE ADQUISICIÓN			
FABRICANTE:	SCHILLER MEDICAL	**CIUDAD/PAÍS:**	SUIZA
PROVEEDOR:	N.R	**CORREO:**	N.R
COSTO:	$10.613.445	**EQUIPO:**	Movil ■ Fijo ☐
FECHA DE ADQUISICIÓN:	N.R	**FECHA DE INSTALACIÓN:**	N.R
GARANTÍA:	N.R	**FECHA VENCIMIENTO GARANTÍA:**	N.R
REGISTRO INVIMA Nº:	2017EBC-0016373	**FORMA DE ADQUISICIÓN:**	COMPRA DIRECTA

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA:	TECNOLOGÍA PREDOMINATE:	CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO CLINICO:
TRATAMIENTO	ELECTRONICO	RIESGO ALTO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO SANITARIO:	CLASIFICACIÓN RIESGO ELÉCTRICO:	MANUALES			
		COMPONENTES	USUARIO	SERVICIO	DESPIECE
II (B)	C.F				

TIPO DE ALIMENTACIÓN				FUENTES DE ALIMENTACION					
ELECTRICIDAD:	X	VAPOR:		Voltaje	Corriente	Potencia	Frecuencia	Presión	Temperatura
REGULADA:		OXÍGENO:		**100-240VAC**	**2,5 A**	**< 25 VA**	**50/60 HZ**	**106.0 kPa**	**0°C-40°C**
ESTANDAR:		AIRE:		**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**					
EMERGENCIA:		VACÍO:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		
BATERIAS:	X	AGUA:		**FRECUENCIA DE CALIBRACION**					
SERVICIO:		OTROS:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 13

ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS		
NOMBRE	**MARCA**	**SERIE O REFERENCIA**
PALAS		
BATERIAS		
LATIGUILLOS		
INTERFAZ MARCAPASOS		
PARCHES		

UBICACIÓN
CALLE 76E SUR #46B-82

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Revise el volumen de infusión, el rango de flujo, el tiempo y las configuraciones cuidadosamente antes de la infusión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Numero	**Actividad**	**Descripción**
1	Definición	Este equipo se encuentra indicado para el tratamiento inicial de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en pacientes que están sin pulso y no responden y para la terminación de la fibrilación auricular.
2	Requerimientos Ambientales	Debe ser posible almacenarse en ambientes con temperatura entre 10 y 40 °C y humedad relativa entre 10 y 90%. Debe ser posible operarse en ambientes con temperatura entre 15 y 35 °C y humedad relativa entre 15 y 90%.
3	Servicios Clinicos	Urgencias, internación baja, mediana y alta complejidad, protección específica y detección temprana, diagnóstico cardiovascular, hemodinamia, hospitalización obstétrica, transporte asistencial.

GUIA DE LIMPIEZA DIARIA
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:-Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.-No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.-No permita que el líquido se filtre por la carcasa.-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). Para limpiar el equipo, siga estas normas:-Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y los accesorios que estén conectados al equipo. -Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedo.-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. -Seque el exceso de humedad con un paño seco.

LEGALIDAD DEL DOCUMENTO			
REALIZADO		***APROBADO***	
NOMBRE:	***SEBASTIAN TORRENTE***	***NOMBRE***	
CARGO:	***INGENIERO BIOMEDICO***	***CARGO***	
FIRMA:		***FIRMA***	

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 25

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL EQUIPO:	DESFIBRILADOR DEA
MARCA:	SCHILLER MEDICAL
MODELO:	FRED EASY
NUMERO DE SERIE:	58997069716
NUMERO DE INVENTARIO:	2289
SERVÍCIO:	CANCHA MARÍA AUXILIADORA



DATOS DE ADQUISICIÓN			
FABRICANTE:	SCHILLER MEDICAL	**CIUDAD/PAÍS:**	SUIZA
PROVEEDOR:	N.R	**CORREO:**	N.R
COSTO:	$10.613.445	**EQUIPO:**	Movil ■ Fijo ☐
FECHA DE ADQUISICIÓN:	N.R	**FECHA DE INSTALACIÓN:**	N.R
GARANTÍA:	N.R	**FECHA VENCIMIENTO GARANTÍA:**	N.R
REGISTRO INVIMA Nº:	2017EBC-0016373	**FORMA DE ADQUISICIÓN:**	COMPRA DIRECTA

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA:	TECNOLOGÍA PREDOMINATE:	CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO CLINICO:
TRATAMIENTO	ELECTRONICO	RIESGO ALTO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO SANITARIO:	CLASIFICACIÓN RIESGO ELÉCTRICO:	MANUALES			
II (B)	C.F	COMPONENTES	USUARIO	SERVICIO	DESPIECE

TIPO DE ALIMENTACIÓN				FUENTES DE ALIMENTACION					
ELECTRICIDAD:	X	VAPOR:		Voltaje	Corriente	Potencia	Frecuencia	Presión	Temperatura
REGULADA:		OXÍGENO:		**100-240VAC**	**2,5 A**	**< 25 VA**	**50/60 HZ**	**106.0 kPa**	**0°C-40°C**
ESTANDAR:		AIRE:		**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**					
EMERGENCIA:		VACÍO:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		
BATERIAS:	X	AGUA:		**FRECUENCIA DE CALIBRACION**					
SERVICIO:		OTROS:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 13

ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS		
NOMBRE	**MARCA**	**SERIE O REFERENCIA**
PALAS		
BATERIAS		
LATIGUILLOS		
INTERFAZ MARCAPASOS		
PARCHES		

UBICACIÓN
CALLE 76E SUR #46B-82

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Revise el volumen de infusión, el rango de flujo, el tiempo y las configuraciones cuidadosamente antes de la infusión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Numero	**Actividad**	**Descripción**
1	Definición	Este equipo se encuentra indicado para el tratamiento inicial de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en pacientes que están sin pulso y no responden y para la terminación de la fibrilación auricular.
2	Requerimientos Ambientales	Debe ser posible almacenarse en ambientes con temperatura entre 10 y 40 °C y humedad relativa entre 10 y 90%. Debe ser posible operarse en ambientes con temperatura entre 15 y 35 °C y humedad relativa entre 15 y 90%.
3	Servicios Clinicos	Urgencias, internación baja, mediana y alta complejidad, protección específica y detección temprana, diagnóstico cardiovascular, hemodinamia, hospitalización obstétrica, transporte asistencial.

GUIA DE LIMPIEZA DIARIA
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:-Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.-No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.-No permita que el líquido se filtre por la carcasa.-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). Para limpiar el equipo, siga estas normas:-Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y los accesorios que estén conectados al equipo. -Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedo.-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. -Seque el exceso de humedad con un paño seco.

LEGALIDAD DEL DOCUMENTO			
REALIZADO		***APROBADO***	
NOMBRE:	***SEBASTIAN TORRENTE***	***NOMBRE***	
CARGO:	***INGENIERO BIOMEDICO***	***CARGO***	
FIRMA:		***FIRMA***	

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 25

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL EQUIPO:	DESFIBRILADOR DEA
MARCA:	SCHILLER MEDICAL
MODELO:	FRED EASY
NUMERO DE SERIE:	058997070148
NUMERO DE INVENTARIO:	2295
SERVÍCIO:	ZONA NORTE



DATOS DE ADQUISICIÓN			
FABRICANTE:	SCHILLER MEDICAL	**CIUDAD/PAÍS:**	SUIZA
PROVEEDOR:	N.R	**CORREO:**	N.R
COSTO:	$10.613.445	**EQUIPO:**	Movil ■ Fijo ☐
FECHA DE ADQUISICIÓN:	N.R	**FECHA DE INSTALACIÓN:**	N.R
GARANTÍA:	N.R	**FECHA VENCIMIENTO GARANTÍA:**	N.R
REGISTRO INVIMA Nº:	2017EBC-0016373	**FORMA DE ADQUISICIÓN:**	COMPRA DIRECTA

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA:	TECNOLOGÍA PREDOMINATE:	CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO CLINICO:
TRATAMIENTO	ELECTRONICO	RIESGO ALTO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO SANITARIO:	CLASIFICACIÓN RIESGO ELÉCTRICO:	MANUALES			
		COMPONENTES	USUARIO	SERVICIO	DESPIECE
II (B)	C.F				

TIPO DE ALIMENTACIÓN				FUENTES DE ALIMENTACION					
ELECTRICIDAD:	X	VAPOR:		Voltaje	Corriente	Potencia	Frecuencia	Presión	Temperatura
REGULADA:		OXÍGENO:		**100-240VAC**	**2,5 A**	**< 25 VA**	**50/60 HZ**	**106.0 kPa**	**0°C-40°C**
ESTANDAR:		AIRE:		**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**					
EMERGENCIA:		VACÍO:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		
BATERIAS:	X	AGUA:		**FRECUENCIA DE CALIBRACION**					
SERVICIO:		OTROS:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 13

ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS		
NOMBRE	**MARCA**	**SERIE O REFERENCIA**
PALAS		
BATERIAS		
LATIGUILLOS		
INTERFAZ MARCAPASOS		
PARCHES		

UBICACIÓN
CALLE 76E SUR #46B-82

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Revise el volumen de infusión, el rango de flujo, el tiempo y las configuraciones cuidadosamente antes de la infusión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Numero	**Actividad**	**Descripción**
1	Definición	Este equipo se encuentra indicado para el tratamiento inicial de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en pacientes que están sin pulso y no responden y para la terminación de la fibrilación auricular.
2	Requerimientos Ambientales	Debe ser posible almacenarse en ambientes con temperatura entre 10 y 40 °C y humedad relativa entre 10 y 90%. Debe ser posible operarse en ambientes con temperatura entre 15 y 35 °C y humedad relativa entre 15 y 90%.
3	Servicios Clinicos	Urgencias, internación baja, mediana y alta complejidad, protección específica y detección temprana, diagnóstico cardiovascular, hemodinamia, hospitalización obstétrica, transporte asistencial.

GUIA DE LIMPIEZA DIARIA
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:-Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.-No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.-No permita que el líquido se filtre por la carcasa.-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). Para limpiar el equipo, siga estas normas:-Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y los accesorios que estén conectados al equipo. -Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedo.-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. -Seque el exceso de humedad con un paño seco.

LEGALIDAD DEL DOCUMENTO			
REALIZADO		***APROBADO***	
NOMBRE:	***SEBASTIAN TORRENTE***	***NOMBRE***	
CARGO:	***INGENIERO BIOMEDICO***	***CARGO***	
FIRMA:		***FIRMA***	

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 25

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRE DEL EQUIPO:	DESFIBRILADOR DEA
MARCA:	SCHILLER MEDICAL
MODELO:	FRED EASY
NUMERO DE SERIE:	58997070150
NUMERO DE INVENTARIO:	2288
SERVÍCIO:	CANCHA CAÑAVERALEJO



DATOS DE ADQUISICIÓN

FABRICANTE:	SCHILLER MEDICAL	**CIUDAD/PAÍS:**	SUIZA
PROVEEDOR:	N.R	**CORREO:**	N.R
COSTO:	$10.613.445	**EQUIPO:**	Movil ■ Fijo ☐
FECHA DE ADQUISICIÓN:	N.R	**FECHA DE INSTALACIÓN:**	N.R
GARANTÍA:	N.R	**FECHA VENCIMIENTO GARANTÍA:**	N.R
REGISTRO INVIMA Nº:	2017EBC-0016373	**FORMA DE ADQUISICIÓN:**	COMPRA DIRECTA

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA:	TECNOLOGÍA PREDOMINATE:	CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO CLINICO:
TRATAMIENTO	ELECTRONICO	RIESGO ALTO

CLASIFICACION SEGÚN EL RIESGO SANITARIO:	CLASIFICACIÓN RIESGO ELÉCTRICO:	MANUALES			
		COMPONENTES	USUARIO	SERVICIO	DESPIECE
II (B)	C.F				

TIPO DE ALIMENTACIÓN				FUENTES DE ALIMENTACION					
ELECTRICIDAD:	X	VAPOR:		Voltaje	Corriente	Potencia	Frecuencia	Presión	Temperatura
REGULADA:		OXÍGENO:		**100-240VAC**	**2,5 A**	**< 25 VA**	**50/60 HZ**	**106.0 kPa**	**0°C-40°C**
ESTANDAR:		AIRE:		**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**					
EMERGENCIA:		VACÍO:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		
BATERIAS:	X	AGUA:		**FRECUENCIA DE CALIBRACION**					
SERVICIO:		OTROS:		3 MESES	4 MESES	6 MESES	1 AÑO		

HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMÉDICO

HOJA DE VIDA Nº 13

ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS		
NOMBRE	**MARCA**	**SERIE O REFERENCIA**
PALAS		
BATERIAS		
LATIGUILLOS		
INTERFAZ MARCAPASOS		
PARCHES		

UBICACIÓN
CALLE 76E SUR #46B-82

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Revise el volumen de infusión, el rango de flujo, el tiempo y las configuraciones cuidadosamente antes de la infusión.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
Numero	**Actividad**	**Descripción**
1	Definición	Este equipo se encuentra indicado para el tratamiento inicial de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en pacientes que están sin pulso y no responden y para la terminación de la fibrilación auricular.
2	Requerimientos Ambientales	Debe ser posible almacenarse en ambientes con temperatura entre 10 y 40 °C y humedad relativa entre 10 y 90%. Debe ser posible operarse en ambientes con temperatura entre 15 y 35 °C y humedad relativa entre 15 y 90%.
3	Servicios Clinicos	Urgencias, internación baja, mediana y alta complejidad, protección específica y detección temprana, diagnóstico cardiovascular, hemodinamia, hospitalización obstétrica, transporte asistencial.

GUIA DE LIMPIEZA DIARIA
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:-Diluya siempre el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante o utilice la concentración más pequeña posible.-No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.-No permita que el líquido se filtre por la carcasa.-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). Para limpiar el equipo, siga estas normas:-Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y los accesorios que estén conectados al equipo. -Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y humedo.-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. -Seque el exceso de humedad con un paño seco.

LEGALIDAD DEL DOCUMENTO			
REALIZADO		***APROBADO***	
NOMBRE:	***SEBASTIAN TORRENTE***	***NOMBRE***	
CARGO:	***INGENIERO BIOMEDICO***	***CARGO***	
FIRMA:		***FIRMA***	