GRUPO N°5

ITEM	NOMBRE ELEMENTO	ANEXO No. 2 NORMA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	LA MAGLA				ORIDENTAL				UT COLOMBIAN MEDIC				AYG			
			CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES
61	LAMPARA DE FOTOCURADO	Lámpara inalámbrica			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 6
		Tecnología LED			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 6
		Guiador y Bolt de operar			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 6
		Digitalmente controlada			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO	X			DB-685 PAG 5	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 7
		Filtro protector de luz			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO	X			DB-685 PAG 11	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 8
		Con fibra óptica que puede ser esterilizada en autoclave			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO			X	NO SE EVIDENCIA	X			DB-685 PAG 5	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1
		Con mínimo tres modos de uso (ambidiestro, incluye interferencia a pulsado)			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 6
		Intensidad de luz mayor o igual a 1000mw/cm2			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 3	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 9
		Con longitud de onda entre 380nm - 515nm			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO			X	NO SE EVIDENCIA	X			DB-685 PAG 12	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 6
		Tiempo de ajuste mínimo para 10s, 15s y 20s			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			DB-685 PAG 5	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 9
		Batería recargable de litio			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			DB-685 PAG 2	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 6
		Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 (AC) y una frecuencia de 60 HZ- 60 HZ			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 4	X			DB-685 PAG 12	X			Manual-Optilight Gnv_7700001562-1 PAG 9
		Base de cargador con indicador de carga			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO	X			DB-685 PAG 11			X	NO SE EVIDENCIA
		Accesorios a entregar																
		Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 60 HZ - 60 HZ	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 4	X			DB-685 PAG 12			X	Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
		Filtro Óptico adicional a la contenida con el equipo	X			ACCESORIOS A ENTREGAR			X	NO SE EVIDENCIA	X			Accesorios a entregar			X	Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
		Gas (02) Gafas de polimerización	X			ACCESORIOS A ENTREGAR			X	NO SE EVIDENCIA	X			Accesorios a entregar			X	Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
6.2	PIEZOELECTRICO	Con Mínimo 3 modos de trabajo			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler IPS_ SP PAG 1	X			Micropieza Brochure PAG 1
		Potencia graduable y selector modo de trabajo digital o análogo			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler IPS_ S PAG 2	X			Micropieza Brochure PAG 2
		Potencia de trabajo entre 3 a 20w			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler IPS_ S PAG 2	X			Micropieza Brochure PAG 2
		Frecuencia de trabajo rango entre 25 KHz a 32 KHz			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO			X	NO SE EVIDENCIA	X			Piezo scaler IPS_ SP PAG 1			X	ACLARAR FRECUENCIA
		Pieza de mano desmontable			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler IPS_ SP PAG 1			X	SE REQUIERE ACLARAR ESPECIFICACION
		Esterilizable			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler IPS_ SP PAG 1	X			Micropieza Brochure PAG 2
		Pieza de mano con luz			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler IPS_ SP PAG 1			X	SE REQUIERE ACLARAR ESPECIFICACION
		Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 (AC) y una frecuencia de 60 HZ- 60 HZ			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler IPS_ S PAG 2			X	NO SE EVIDENCIA
		Accesorios a entregar																
		Tres (03) puntas intercambiables	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler IPS_ SP PAG 1				Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
		Filtro de agua	X			ACCESORIOS A ENTREGAR			X	NO SE EVIDENCIA	X			Accesorios a entregar				Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
		Conector macho hembra para unidad odontológica	X			ACCESORIOS A ENTREGAR			X	NO SE EVIDENCIA	X			Accesorios a entregar				Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
		Llave con ranura/punta para las puntas	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler IPS_ SP				Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
		Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 60 HZ - 60 HZ	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler IPS_ SP				Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 4
6.3	ELECTROCAUTERIO/CAGULADOR ODONTOLOGICO	Electrobisturi de radiofrecuencia			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL PAG 6
		Para procedimientos de tipo odontológico			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL PAG 1
		Pequeña cirugía monopolar: corte puro (sin) corte y coagulación (cut1 + cut2) coagulación pura (coag)			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL PAG 14
		Potencia máxima de corte cut 80 w – 400 ohmios			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL
		Potencia máxima de corte/coagulación coag1/ 40 w – 400 ohmios			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Potencia máxima de corte/coagulación coag1/ 80 w – 400 ohmios			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Potencia máxima de coagulacion coag 40 w – 400 ohmios			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Frecuencia de trabajo 400KHz			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	ACLARAR VALORES
		Pilza paciente – pieza neutra			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			NAKAJIMA_ES_ com_ cmp Surtron SGD y 80D			X	ACLARAR EN LA PAGINA 3 DE FICHA TECNICA SE EVIDENCIA PAGLA TAMBIN
		Entrada alimentacion seleccionable 115 VAC			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp	X			NO SE EVIDENCIA
		Frecuencia de alimentacion 50-60 Hz			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Potencia maxima de absorcion entre 240 y 300 VA			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2			X	NO SE EVIDENCIA			X	NO SE EVIDENCIA
		Peso máximo 23 Kg			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	ACLARAR PESO EN LA FICHA TECNICA MEDIA 10 LBS
		Mango monopolar reutilizable			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Difersles electrodos esterilizables (10 unidades)			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	SE REQUIERE ACLARAR EN LA FICHA TECNICA SE EVIDENCIAN 7
		Cable para electrodo neutro			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Electrodo neutro			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			SurtronSGD-80D_esp			X	NO SE EVIDENCIA
		Pedal de pie			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	x			SurtronSGD-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL
		Cable alimentación de 2 metros			X	SE REQUIERE ACLARAR EL MODELO DEL EQUIPO OFERTADO	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	x			SurtronSGD-80D_esp			X	ACLARAR LONGITUD