


GRUPO N°9

ITEM	NOMBRE ELEMENTO	ANEXO No. 2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LA MUELA				AYD			
			CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES
9.1	EQUIPO DE RX PERIAPICAL DIGITAL	Potencia de entrada AC 110	X			Se evidencia la especificación en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 22	X			Se evidencia la especificación en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 10
		Tensión del tubo mínimo 60 máximo 70 kVp	X			Se evidencia la especificación en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 22	X			Se evidencia la especificación en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 10
		Corriente de tubo mínimo 4 máximo 7 mA			X	No se evidencia especificación aclarar ubicación	X			Se evidencia la especificación en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 10
		Con punto focal entre 0,4 y 0,7 mm CEI			X	Aclarar distancia de punto focal. Se evidencia en la pag 9 del MANUAL CS2200	X			Se evidencia la especificación en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 11
		Tiempo de exposición mínimo 0,01 máximo 3,2 seg.			X	Aclarar LOS TIEMPOS DE EXPOSICION MINIMOS Y MAX CON LOS QUE CUENTA EL EQUIPO. Se evidencia informacion incompleta en la pag 68 del MANUAL CS2200			X	Se evidencia la especificación en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 11, aclarar si es el valor definitivo
		3 morfologías de paciente: niño, adulto y adulto grande - 3 modos preestablecidos: placa de fósforo/digital/película	X			Se evidencia la especificación en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificación en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
		Digitalizador de placas Tamaños de placa radiográfica: Altura x anchura (mm) Tamaño 0 – 22 mm x 35 mm Tamaño 1 – 24 mm x 40 mm Tamaño 2 – 31 mm x 41 mm Tamaño 3 – 27 mm x 54 mm Tamaño 4 – 57 mm x 76 mm	X			Se evidencia la especificación en "9.1 CS7600 DIGITALIZADOR DE PLACA DE FOSFORO". PAG. 12	X			Se evidencia la especificación en "Manual Usuario Vista Scan Perio Plus". PAG. 8
		CPU procesador 2.5 GHz	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 1
		Ram 4 GB	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Microsoft Windows 10, 64 bit (desde Pro)	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf			X	Aclarar los Bits. Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 1
		Disco Duro 1 TB	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Disco de estado solido mínimo de 256Gb	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Unidad de disco DVD-ROM	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Interfaz Ethernet .100 MBit/s	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 1
		Tarjeta grafica Resolucion . 1024 x 768	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf			X	Aclarar la resolución Tarjeta grafica. Se evidencia tarjeta "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Monitor de 19" de 2 Mpx, teclado alfanumérico y mouse	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2

Tecnología DC			X	No se evidencia especificacion aclarar ubicación			X	No se evidencia especificacion aclarar ubicación
Longitud de brazo desde 1600 mm hasta 2194 mm	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 10	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 13
Panel de control	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Selección del símbolo de diente	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Selección de los parámetros de radiografías	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Selección adulto/nifio	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Luz de control de rayos X	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Tecla de disparo	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Selección placa radiográfica/Sensor	X			Se evidencia la especificacion en "9.1 MANUAL CS2200 rayos x". PAG. 15	X			Se evidencia la especificacion en "Rayos X - Vista Intra-1.pdf". PAG. 15
Accesorios a entregar	X				X			
Kit de posicionadores	X			Se evidencia en FORMULARIO No 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	X			Se evidencia en FORMULARIO No 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
casetes para digitalización compatibles con los tamaños especificados	X			Se evidencia en FORMULARIO No 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	X			Se evidencia en FORMULARIO No 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Potencia de entrada AC 220 - 240	X			Se evidencia en "9.2 FOLLETO 8100 (15).pdf" PAG, 16	X			Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG, 13
Tensión del tubo mínimo 50 máximo 99 kVp	X			Se evidencia dentro del intervalo. en "9.2 FOLLETO 8100 (15).pdf" PAG, 16	X			Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG, 13
Tiempo de exposición mínimo 2.5 máximo 13.5 seg	X			Se evidencia dentro del intervalo. en "9.2 FOLLETO 8100 (15).pdf" PAG, 16	X			Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG, 13
Lector de placas			X	No se evidencia especificacion aclarar ubicación	X			Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG, 11
Doble sensor independiente – uno para panorámica y otra para cefalometría	X			Se evidencia dentro del intervalo. en "manual de usuario CS8100 SC" PAG, 16	X			Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG, 11, 18, 19
Software abierto y licencia vitalicia			X	No se evidencia especificacion aclarar ubicación			X	No se evidencia especificacion aclarar ubicación
Trazados cefalométrico en menos de 90 segundos y que genere informe clinico para exporta en formato PDF, WORD			X	No se evidencia especificacion aclarar ubicación			X	Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG, 19, Aclarar formato exportacion

9.2	QUIPO DE RX PANORAMICO DIGITAL	CPU procesador 2.5 GH	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 1
		Ram 4 GB	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Microsoft Windows 10, 64 bit (desde Pro)	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf			X	Aclarar los Bits. Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 1
		Disco Duro 1 TB	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Disco de estado solido minimo de 256Gb	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Unidad de disco DVD-ROM	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Interfaz Ethernet .100 MB/s	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 1
		Tarjeta grafica Resolucion . 1024 x 768	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf			X	Aclarar la resolucion Tarjeta grafica. Se evidencia tarjeta "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Monitor de 19" de 2 Mpx, teclado alfanumérico y mouse	X			Se evidencia en documento COMPUTADOR DE MESA.pdf	X			Se evidencia característica "LG 22V240 (1).pdf" PAG 2
		Minimo 12 Programas radiográfico cefalográfico más tomas de radiológicas completas por ejemplo (lateral cabeza L, cabeza PA, submenton –vértice) que incluya trazado cefalométrico				Se evidencia algunos en "manual de usuario CS8100 SC" PAG. 6				Se evidencia especificacion en " Vista pano CEPH-1" PAG. 28-31
					X		X			



Adriana Obedar Renteria

