ITEM	NOMBRE ELEMENTO	ANEXO No. 2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FISIOMEDICA				BTL			
			CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES
5.1	ELECTROESTIMULADOR	Con dos (2) canales de salida de estimulación	x			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 11	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 19
		Controles de intensidad de parámetros independientes para cada canal	x			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 11	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 25
		Protocolos clínicos preestablecidos en software	x			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 51 ,52	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 26
		Más de 12 formas de onda incorporadas, entre ellas interferencial (cuadripolar, bipolar-premodulada), tens (bifásica asimétrica, bifásica simétrica), alto voltaje pulsada, microcorrientes, galvánica directa, rusa, trabert, monofásica (triang, rectang) diadinámica	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 11,12	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 52,53,54,55,56
		Con catorce o más posiciones definidas por el usuario en la memoria	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 11	x			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf5.11.1 Ajustes de usuario / base de datos BTL COLOMBIA S.A.S pag 35 .
		Pantalla LCD	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 15, 16	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 45
		Con tono audible al inicio del tratamiento	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 53	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 45
		Botón pausa de tratamiento	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 17	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 33
		Con opción de reajuste de parámetros de fabrica	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 60	x			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf 5.1 2.9 Ajustes de usuario / base de datos 5.11.2.9 pag 37 Ajustes avanzados
		Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 19	x			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 45
		Electrodos carbonados dos (02) pares (4x6), dos (2) pares (6x8) y un (01) par (8x12) o dos (2) pares (5x7) y un (01) par (8x12).	x			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 35		X		NO SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO
		Cables de conexión a paciente	x			Manual Intelect Mobile Stim.pdf pag 36	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf Ajustes de usuario / 6.2.1 PAG 14 Accesorios estándar
		Carro de transporte con gavetas, carro a la medida del equipo y con aseguramiento del equipo para evitar caídas	X			Documentos para Subsanar y Observaciones FISIOMEDICA S.A.S PARTE IGRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA INTM 5,1 N°7	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 41
		Electrodo puntual de alto voltaje	X			Documentos para Subsanar y Observaciones FISIOMEDICA S.A.S GRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA INTM 5,1 N°8	X			Manual de Usuario 4000 Smart-Premium (1).pdf PAG 37
		Cumplimiento de norma IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5	X			Documentos para Subsanar y Observaciones FISIOMEDICA S.A.S GRUPO 5. EQUIPO DE ELECTROTERAPIA INTM 5,1 N°9	X			Se anexa certificado 056-85CBCertificateBTL-4000SmartPremiumElectro101.pdf

SS. JOHN JAIRO SANDOVAL QUIMBAYO
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TE. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CT. SANDRA SILVA GONZALEZ
COMITÉ TECNICO EVALUADOR