ITEM	NOMBRE ELEMENTO	ANEXO No. 2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	LA MUELA				ORBIDENTAL				UT COLOMBIAN MEDIC				AYD			
			CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES
6.1	LAMPARA DE FOTOCURADO	Lámpara inalámbrica	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 6
		Tecnología LED	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 5
		Liviana y fácil de operar	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 6
		Digitalmente controlada	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 3	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO	X			DB-685 PAG 5	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 7
		Filtro protector de luz	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO	X			DB-685 PAG 11	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 8
		Con fibra óptica que pueda ser esterilizada en autoclave	X			6.1 MANUAL DE USUARIO Lampara de Fotocurado SE EVIDENCIA PAG 7	X			3. Pages 7 LAMPARA DE FOTOCURADO PAGINA 1	X			DB-685 PAG 3	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1
		Con mínimo tres modos de uso (estándar, rampa e intermitencia o pulsado)	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 6
		Intensidad de luz mayor o igual a 1000mw/cm2	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 4	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 3	X			CURING LAMP DB-685_SP PAG 1	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 9
		Con longitud de onda entre 380nm - 515nm	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 4	X			3. Pages 2 LAMPARA DE FOTOCURADO 2 SE EVIDENCI EN PAG 1PAG 1	X			DB-685 PAG 12	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 5
		Tiempo de ajuste mínimo para 10s,15s y 20s	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			DB-685 PAG 5	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 5
		Batería recargable de litio	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 2	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 2	X			DB-685 PAG 2	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 9
		Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 4	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 4	X			DB-685 PAG 12	X			Manual-Optilight Color_77000001062-1 PAG 9
		Base de cargador con indicador de carga	X			6. 1 LAMPARA DE FOTOCURADO - F.T SE EVIDENCIA EN LA PAG 3	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO	X			DB-685 PAG 11		X		NO SE EVIDENDCIA BASE CARGADOR. SEGÚN REQUERIMIENTO
		Accesorios a entregar																
		Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T LAMPARA DE FOTOCURADO PAG 4	X			DB-685 PAG 12	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
		Fibra Óptica, adicional a la contenida con el equipo	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			2. CARTA ACCESORIOS	X			Accesorios a entregar	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
		Dos (02) Gafas de polimerización	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			2. CARTA ACCESORIOS	X			Accesorios a entregar	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
6.2	PIEZOELECTRICO	Con Mínimo 3 modos de trabajo	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 3	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler P7L_SP PAG 1	X			Micropiezo Brochure PAG 1
		Potencia graduable y selector modo de trabajo digital o análogo	X			6.2 Varios370_OPERATION MANUAL_EN_DE_FR_ES_IT SE EVIDENCIA EN LA PAG 9	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler P7L_S PAG 2	X			Micropiezo Brochure PAG 2
		Potencia de trabajo entre 3 a 20w	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 5	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	X			Piezo scaler P7L_S PAG 2	X			Micropiezo Brochure PAG 2
		Frecuencia de trabajo rango entre 25 kHz a 32 kHz	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 5	X			4. F.T PIEZO ELECTRICO SE EVIDENCIA EN LA PAGINA 3	X			Piezo scaler P7L_SP PAG 1	X			Micropiezo Brochure PAG 4. EL INTERVALO ESTA DENTRO DE LOS RANGOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
		Pieza de mano desmontable	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 5	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler P7L_SP PAG 1	X			Micropiezo Brochure PAG 3 Y 5
		Esterilizable	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 5	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler P7L_SP PAG 1	X			Micropiezo Brochure PAG 2
		Pieza de mano con luz	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 4	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler P7L_SP PAG 1	X			Micropiezo Brochure PAG 3
		Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X			6.2 CATALOGO VARIOS 370 NSK PAG 5	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Piezo scaler P7L_S PAG 2	X			NO SE EVIDENCIA
		Accesorios a entregar:																
		Tres (03) puntas intercambiables	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler P7L_SP PAG 1	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
		Filtro de agua	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			2. CARTA ACCESORIOS SE EVIDENCIA EN PAG 2	X			Accesorios a entregar	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
		Conector macho hembra para unidad odontológica	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			2. CARTA ACCESORIOS SE EVIDENCIA EN PAG 2	X			Accesorios a entregar	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6

		Llave con torquímetro para las puntas	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler P7L_SP	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
		Adaptador de corriente alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC y una frecuencia de 50 HZ - 60 HZ	X			ACCESORIOS A ENTREGAR	X			F.T PIEZO ELECTRICO	X			Piezo scaler P7L_SP	X			Elementos adicionales a entregar grupo 6 item 6
6.3	ELECTROCAUTERIO/COAGULADOR ODONTOLOGICO	Electrobisturi de radiofrecuencia	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL PAG 6
		Para procedimientos de tipo odontologico	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL PAG 1
		Pequeña cirugia monopolar: corte puro (cut), corte y coagulacion (cut1 – cut2) y coagulacion pura (coag).	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL PAG 14
		Potencia maxima de corte cut 50 w – 400 ohmios	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL
		Potencia maxima de corte/coagulacion cut/coag1 45 w – 400 ohmios	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Potencia maxima de corte/coagulacion cut/coag2 40 w – 400 ohmios	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Potencia maxima de coagulacion coag 40 w – 400 ohmios	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Frecuencia de trabajo 600 KHz	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp		x		FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1 EQUIPO TRABAJA EN UN RANGO 1500KHZ A 1700 KHZ
		Placa paciente – placa neutra	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			MA360b_ES_con_cop Surtron 50D y 80D		x		FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO SE EVIDENCIA MECANISMO DE PLACA
		Entrada alimentacion seleccionable 115 VAC	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Frecuencia de alimentacion 50-60 Hz	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Surtron50D-80D_esp		X		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Potencia maxima de absorcion entre 240 y 280 VA	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Surtron50D-80D_esp SE EVIDENCIA EN PAG 1		x		FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. SE EVIDENCIA POTENCIAS DDE HASTA 50VA
		Peso máximo 2,5 Kg	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Mango monopolar reutilizable	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO
		Diferentes electrodos esterilizables (10 unidades)	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	X			Surtron50D-80D_esp	X			FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1.
		Cable para electrodo neutro	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	X			Surtron50D-80D_esp		x		FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO SE EVIDENCIA TIPO DE CONEXIÓN ELECTRODO. NO FUE SUBSANADO
		Electrodo neutro	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 2	x			Surtron50D-80D_esp		X		FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO SE ACLARA SI ES UN ELECTRODO NEUTROO DE PACIENTE. NO FUE SUBSANADO
		Pedal de pie	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	x			Surtron50D-80D_esp	X			MANUAL ELECTROBISTURI ESPAÑOL
		Cable alimentación de 2 metros	X			6.3 ficha tecnica electrobisturi-surtron-50d SE EVIDENCIA EN PAG 1	X			F.T PIEZO ELECTRICO PAG 3	x			Surtron50D-80D_esp		x		NO SE EVIDENCIA FICHA TECNICA BON_010 (1) PAG.1. NO FUE SUBSANADO

SS. JOHN JAIRO SANDOVAL QUIMBAYO
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TE. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CT. SANDRA SILVA GONZALEZ
COMITÉ TECNICO EVALUADOR