| ITEM | NOMBRE ELEMENTO | ANEXO No. 2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | GBARCO | | | | HOSPITECNICA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUMPLE | NO CUMPLE | REQUERIDO | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | REQUERIDO | OBSERVACIONES |
| 10.1 | MESA DE CIRUGIAS | Superficie de paciente construido en politrón o baquelita o fibra de carbono material de alta resistencia a la carga y radio transparente, divido en minimo cuatro (4) secciones o planos. | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 6 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 3, 4 |
| | | Columna central con materiales de construcción de alta calidad, en acero inoxidable, que garantizan durabilidad, estabilidad y soporte de hasta 250Kg o mas. | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 3 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 3, 4 |
| | | Ruedas giratorias facilitando su desplazamiento | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 3 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 3 |
| | | Sistema de frenado con funcionamiento eléctrico mediante pedal accionable con los pies, desde el control de mano principal y desde la base de la mesa o sistema de frenado electrohidraulicos los cuales se activen con el control de mano o el sistema auxiliar o sistema de frenado con funcionamiento mecanico mediante palanca | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 3 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 2, 3, 4, 10 |
| | | Capacidad de carga segura de minimo 215 kg o mas. | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 6 | | X | | No se evidencia especificacion en "CATALOGO - LEWIN MESA DE CIRUGIA". Y "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". |
| | | Ajuste de desplazamiento longitudinal que permite mejor posicionamiento del arco en C, sin restricciones. | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 2 Y 6 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 3, 12 |
| | | Movimientos totalmente electromecánicos o electrohidráulicos a través de control de mano: levante de espaldar, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso, y desplazamiento longitudinal | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 5 Y 6 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 6, 8, 9 |
| | | Accesorios adicionales: corveras, asideras hombreras, correa abdominal, descansa brazos, extensión de pies con estribos, soporte cabecero y soporte brazos | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 4 Y 5 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 5 |
| | | Accionada por control o pedal | X | | | Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA DR MAX 7000" PAG 3 | X | | | Se evidencia especificacion en "CreBle 3000 Electric Hydraulic Operating Table User Manual". PAG 3 |

SS. JOHN JAIRO SANDOVAL QUIMBAYO
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TE. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CT. SANDRA SILVA GONZALEZ
COMITÉ TECNICO EVALUADOR