VIO 300D

ITEM	NOMBRE ELEMENTO	ANEXO No. 2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	GBARCO			
			CUMPLE	NO CUMPLE	REQUERIDO	OBSERVACIONES
		Pantalla LCD o pantalla táctil o tecnologías superiores	X			Se evidencia especificacion en 2. CATALOGO VIO 300D.pdf" y "Carta ERBE - Pantalla VIO 300D.PDF"
		Despliegue numerico y de funciones en pantalla de: potencia de salida monopolar, potencia de salida bipolar, indicador de sellado de vasos, indicador del modo en uso, indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno e indicador de errores.	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 31, 59, 65
		Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar, bipolar y sellado de vasos (bipolar modificado)	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 3 Y 4
		Salida monopolar	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 6
		Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o superior	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 7
		Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 7
		Dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 69
		Salida bipolar	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 7
		Coagulacion con potencia de salida de 70 Watts o superior	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 153
		Con control para selección de potencia en modo bipolar	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 6
		Salida para sellado o termofusión de vasos	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D.pdf" PAG 7
		Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D.pdf" PAG 7 Y "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 9
		Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 28
		Formacion de sellos que soportan 400 mmHg o mas sin depender de trombos	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 111

12.1	ELECTROBISTURI	Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja en forma dinámica	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 32-81
		Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mmde diámetro	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 167
		Alarma audible de finalización de sellado de vasos	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 31,61
		Reseccion bipolar con solución salina	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 105
		Activación de la unidad	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 163, 179
		Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 163, 179
		Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 163, 179
		Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 163, 179
		Indicadores audibles y visuales al accionar cualquiera de los modos del equipo	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 29, 30,
		Alarmas audibles y visuales de falla en alguno de los modos, falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad, interrupción del ciclo de sellado de vasos,	X			Se evidencia especificacion en "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 32
		Pedal bipolar y pedal monopolar o un solo pedal que pueda accionar la corriente bipolar y monopolar.	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D.pdf" PAG 7 Y "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" pag. 9
		Pedal para las aplicaciones especiales	X			Se evidencia especificacion en "FICHA TECNICA 300D". PAG. 1
		Carro para transporte del equipo, con ruedas y freno en mínimo dos llantas	X			Se evidencia especificacion en "Carta entrega de carro.pdf". PAG. 1
		Pinza bipolar recta y de bayoneta	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D". PAG. 5
		Equipo y tecnología compatible con instrumental para procedimientos de cirugía laparoscópica de ginecología con receptoscopio bipolar marca Richard Wolf, para procedimientos de cirugía laparoscópica de urología con receptoscopio bipolar marca Richard Wolf y para procedimientos de cirugía avanzada laparoscópica con instrumental bipolar marca Richard Wolf.	X			Se evidencia especificacion en "2. CATALOGO VIO 300D.pdf" PAG 7 Y "MANUAL DE INSTRUCCIONES ERBE VIO 300D.pdf" Se evidencia compatibilidad de procedimientos quirurgicos

SS. JOHN JAIRO SANDOVAL QUIMBAYO
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

TE. ADRIANA ESCOBAR RENTERIA
COMITÉ TECNICO EVALUADOR

CT. SANDRA SILVA GONZALEZ
COMITÉ TECNICO EVALUADOR