Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Citometría de Flujo Fenotipificación de Linfocitos

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 229
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	6
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo – Julio - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2 Sangre total simulada
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
CD3 (T Cells)-CD4 (T Helper)-CD8 (T Cytotoxic)-CD19 (B Cells)-CD45 (Leukocytes)-CD56 / CD16+56 (NK Cells).	
Características de la Muestra:	Volumen de 2.5 ml Muestra lista para uso Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media, SD, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos