Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hematología

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9118
Número de Mensurandos Evaluados:	11
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5
Número de Muestras por Ciclo:	12
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas
Meses de Inicio de Ciclo:	Marzo y Septiembre
Mensurandos Disponibles	
Hemoglobina- Volumen Corpuscular Medio- Concentración De Hemoglobina Corpuscular Media- Recuento De Glóbulos Rojos- Volumen Plaquetario Medio- Plaquetocrito- Hematocrito- Hemoglobina Celular Media- Plaquetas- Recuento Total De Glóbulos Blancos- Ancho De Distribución De Glóbulos Rojos.	
Características de la Muestra:	Volumen de 2.0 ml Líquida lista para uso Base Sangre Total Humana No Reactiva para HBsAg- anti-HCV- HIV-1- HCV (RNA) y HIV-1/2 Almacenar de 2° a 8°C Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Quincenal
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Método - Instrumento y Todos Los Métodos) Valores Por Métodos De Referencia Para Mensurandos Seleccionados Grafica De Levey Jennings (Media, SDPA, SDI, RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Límite De Aceptación Por Estado Del Arte RIQAS Target Score, RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio Acumulado Del % De Desviación) % DESV (% De Desviación Por Muestras) % De Desviación Por Concentración Criterios de Aceptabilidad SDI -TS - %DEV
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido