CONTROL DE LIPIDOS - NIVEL 2 (CONTROL LPD)

N.º de cat. LE2669
Tamaño: 5 x 1 ml
GTIN: 05055273204193

Lote N° 2969CH
Expiración: 28-03-2025

USO PREVISTO

Este producto está destinado a *in vitro* Uso en el control de calidad de los métodos de HDL directo, LDL directo, lipoproteína (a), apolipoproteína A-1, apolipoproteína B, colesterol y triglicéridos en sistemas de química clínica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

El material de origen humano del que se ha derivado este producto se ha analizado a nivel de donante para detectar el anticuerpo del virus de inmunodeficiencia humana (VIH1 y VIH2), el antígeno de superficie de la hepatitis B (HbsAg) y el anticuerpo del virus de la hepatitis C (VHC) y se ha determinado que NO ES REACTIVO. Se han utilizado métodos aprobados por la FDA para realizar estas pruebas. Sin embargo, dado que ningún método puede ofrecer una garantía completa de la ausencia de agentes infecciosos, este material y todas las muestras de pacientes deben manipularse como si fueran capaces de transmitir enfermedades. *in vitro* Sólo para uso diagnóstico.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El Lipid Control sin abrir es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del producto cuando se almacena entre +2ºC y 8ºC.
Una vez reconstituido, los componentes del suero son estables durante 7 días a una temperatura de entre +2ºC y +8ºC, y durante 4 semanas a –20ºC si se congela una vez. Se aplican las siguientes excepciones: LP(a) es estable durante 16 semanas a –20ºC si se congela una vez. Los valores pueden disminuir hasta un 10% para el colesterol LDL directo si se almacena durante 4 semanas a –20ºC.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Abrir el vial con cuidado, evitando cualquier pérdida del material, y reconstituir con 1 ml de agua destilada. Volver a colocar el tapón de goma, cerrar el vial y dejar reposar durante 30 minutos antes de su uso. Asegurarse de que todos los restos de material seco se disuelven agitando suavemente.

MATERIALES PROPORCIONADOS

Control de lípidos - Nivel 2 5 x 1 ml

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS

Agua destilada
Pipeta volumétrica

ASIGNACIÓN DE VALOR

Debido a la variación causada por el equipo de prueba, los reactivos de prueba y la técnica de laboratorio, los rangos citados se proporcionan como orientación. Se recomienda que se utilicen estos rangos hasta que cada laboratorio haya establecido sus propios rangos, en función de los requisitos individuales del laboratorio.

Cada lote de Lipid Control se envía a varios laboratorios externos. Los valores se asignan a partir de un consenso de los resultados obtenidos por estos laboratorios y de las pruebas internas realizadas en Randox Laboratories Ltd.

Si un método no está disponible, comuníquese con Randox Laboratories - Servicios técnicos, Irlanda del Norte, tel: +44 (0) 28 9445 1070 o envíe un correo electrónico a:Servicios Técnicos@randox.com .

EC REP Randox Teoranta, Meenmore,
Dungloe, Donegal,
F94 TV06, Irlanda

Rev. 31 agosto '22 yo