



4.2.2.1 ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN.									
ASOCIADO FUDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA									
NOMBRE DEL JARDÍN COLOR KIDS						CONVENIO 9164			
DIRECCIÓN									
COBERTURA		M 14	C 46	P 45	PJ 60	J	TOTAL 165		
D) VIGILANCIA NUTRICIONAL: ELEMENTOS MÍNIMOS PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)									
No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	Infantómetro para niños y niñas menores de dos años.	Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes (Temperatura)	Una unidad en buen estado.	1	bueno	1'830.000		x	
2	Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. Se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas.	Una unidad en buen estado.	1	bueno	270.000		x	
3	Pesabebé	Capacidad: 20 a 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años.	Una unidad en buen estado.	1	bueno	646.000		x	

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	VALOR	SDIS	ASOCIADO	OBSERVACIONES
4	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro). Debe contar con plataforma amplia, no deben utilizarse balanzas de baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gr), porque los datos no son confiables para el seguimiento nutricional nota: la balanza debe ser tipo medico, para consultorio o sitio fijo.	Una unidad en buen estado.	1	bueno	80.000		X	

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

	
FIRMA REVISOR FISCAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PABLO EMILIO BISCHOFF	NOMBRE: JUAN CARLOS FIQUE CORREA
DOCUMENTO: 80,010, 335	DOCUMENTO: 80,491,717