

CODIGO: 2BS-FR-0019		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS				 POLICIA NACIONAL				
FECHA: 19-08-2015		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL								
VERSION: 4										
Ciudad y fecha: Bogotá D.C. 04 DIC 2020 No. _____ ARCIF -GRIHU Mayor General FABIO HERNÁN LOPEZ CRUZ Director de Investigación Criminal e INTERPOL Ciudad Asunto: Informe de supervisión contrato No. 03-7-10047-20 informe mes de noviembre 2020										
1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS				
INICIO: TERMINO		FECHA		FECHA		FECHA				
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN OPERACIONAL PARA LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS NO ACREDITADOS DE LA JEFATURA DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION E INTERPOL Y UNIDADES DESCONCENTRADAS	COLMETRIK S.A.S COLOMBIANA DE METROLOGIA	Inicio: 2020/07/15 termino: 2020/11/30	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS CSL 4500 NO ACREDITADO	1	\$ 9.999.998,00	1	\$ 9.999.998,00	0	\$ 0,00	Se realizaron las actividades metrologías en el Laboratorio de Acústica Forense GREPCI-8 a (02) dos equipos CSL-4500, se realizó actividad de capacitación el día 30/10/2020 y la entrega de certificados de calibración 30/11/2020, se tramita pago mediante factura No 19374 del 12/11/2020.
		VALOR TOTAL	\$ 9.999.998,00	1	\$ 9.999.998,00	1	\$ 9.999.998,00	0	\$ 0,00	
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI ☒ X		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.				
				NO ☐		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.				
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS										
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.				
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.										
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.				
No. 1	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS CSL 4500 NO ACREDITADO									
	Calibración de dos (2) Laboratorios Computarizados de Haba CSL 4500					ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
	Calibración del Analizador acústico (Pruebas para amplitud y frecuencia) en medición en sitio con calibración de la indicación en frecuencia teniendo en cuenta la presentación del equipo (no aplica para calibración en oscilador interno por varianza de Allan).					ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
	El método para la calibración de la medición se realizará por comparación, utilizando como medio un generador de señales, multímetro patrón y contador de frecuencia patrón.					ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
	El contratista debe realizar un estudio estadístico del comportamiento de los laboratorios computarizados de habla del laboratorio de Acústica Forense para reconocer la confiabilidad en las pruebas a realizar por cada equipo					SE ENTREGARON CERTIFICADOS CON LA ACTIVIDAD				
	La calibración del analizador acústico debe contener el estudio de respuestas a las señales electrónicas en diferentes frecuencias (Hz) y en diferentes amplitudes (mV) simulando sonidos puros					ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
	Se debe tomar como referencia para la ejecución de las CALIBRACIONES la norma ISO 17025 - para servicios fuera del alcance de acreditación, de igual manera el contratista debe entregar copia de trazabilidad de patrones utilizados.					SE ENTREGARON CERTIFICADOS CON TRAZABILIDAD METROLOGICA				
	Se deberá realizar soplo y limpieza de los equipos de cómputo y la tarjeta de audio para cada uno de los equipos calibrados					ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
	El Contratista debe entregar al término de cada mantenimiento y calibración un reporte en el cual estipule la actividad realizada y llevar una hoja de vida por cada equipo. Adicionalmente debe suministrar los soportes de la TRAZABILIDAD de los patrones utilizados en las CALIBRACIONES para los equipos del Laboratorio de Acústica.					ACTIVIDAD REALIZADA LOS DÍAS 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
El contratista deberá dar una (1) capacitación a un (01) pinto del laboratorio de la entidad con una duración de mínimo tres (3) horas en lo referente a interpretación de los certificados de calibración de los equipos objeto de mantenimiento sin costo adicional para la entidad					SE REALIZÓ 01 CAPCITACION EL DIA 30 10/2020					

CÓDIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
<p style="text-align: center; font-size: small;">CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES</p> <p style="font-size: x-small;">Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____</p> <p>Grado y Nombre del Supervisor Capitán CRISTIAN MANUEL SOLARTE Firma _____</p> <p>Cargo: Responsable Laboratorio de Acústica Firma _____</p> <p>Grado y Nombre del Supervisor Teniente Coronel JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ</p> <p>Cargo Jefe de Policía Científica y Criminalística</p>		
<p style="font-size: x-small;">NOMBRE DE LA UNIDAD</p> <p style="font-size: x-small;">ANEXO No. 2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES</p> <p style="font-size: x-small;">No. Contrato No. 037-10047-20 Fecha suscripción 26/06/2020</p>		
<p style="font-size: x-small;">El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.</p>		
<p>Ciudad y Fecha de la Reevaluación: <u>81/12/2020</u></p> <p>Fecha en que terminó la ejecución del contrato: <u>11/08/2020</u></p>		
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI <u>X</u> NO _____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> _____ No RESOLUCIÓN _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <u>X</u> NO _____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO <u>X</u> _____ No RESOLUCIÓN _____ FECHA _____
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.		
<p>Grado y Nombre del Supervisor Capitán CRISTIAN MANUEL SOLARTE Firma _____</p> <p>Cargo: Responsable Laboratorio de Acústica</p> <p>Grado y Nombre del Supervisor Teniente Coronel JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ Firma _____</p> <p>Cargo Jefe de Policía Científica y Criminalística</p>		

