
ARROW MEDICAL S.A.S.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICO QUIRÚRGICOS

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA :	01SI09880	**MARCA :**	ARROW INTERNATIONAL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :	CATÈTER INTRODUCTOR PERCUTÁNEO CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y FUNDA PROTECTORA 8,5FR X 10 CM REF.01SI09880		
REGISTRO SANITARIO :	2016DM-0015461	**F.V REGISTRO INVIMA:**	10-noviembre-2026
CLASIFICACION DE RIESGO	III	**TITULAR**	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA
PRESENTACION :	C X 10	**FABRICANTE:**	ARROW INTERNATIONAL
ESTERILIZACIÓN :	Oxido de Etileno	**IMPORTADOR:**	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA
VIDA UTIL:	5 AÑOS	**CÓDIGO DE BARRAS:**	
DIMENSIONES EMPAQUE	Al 2.2 x An 27 x L 32 cm	**CIUDAD PAÍS ORIGEN**	ESTADOS UNIDOS

MATERIAL Y PROPIEDADES:	CATÈTER EN POLIURETANO ALTO GRADO DE BIOCOMPATIBILIDAD BUENA FUERZA DE TENSIÓN RESISTENCIA AL USO TROMBORESISTENTE RESISTENCIA A MUCHOS QUIMICOS RESISTENCIA AL ACODAMIENTO SE ABLANDA DENTRO DEL CUERPO CAPACIDAD PARA EL USO EN TÈCNICAS PERCUTÀNEAS
CONTENIDO:	1 CATÉTER INTRODUCTOR DE POLIURETANO CON VÀLVULA HEMOSTÀTICA, 1 AGUJA DE PARED FINA CALIBRE 18GA X 6.35CMS, 1 FUNDA PROTECTORA CON TAPA, LOG 80CM, 1 GUÍA FLEXIBLE 0.035"X 45 CMS PUNTA EN "J" 1 DILATADOR, 1 OBTURADOR, 4 GASAS ESTERILES 4" X 4."
INDICACIONES DE USO :	PACIENTES QUE REQUIERAN. ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL PACIENTES QUE REQUIEREN DE MONITOREO DE PVC, PAP, GASTO CARDIACO MEDIANTE CATETER TERMODILUCION.
PRECAUCIONES DE MANEJO:	NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO. LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO. USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO. .