Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA

FICHA TECNICA



REFERENCIA:	60113
NOMBRE TECNICO DEL PRODUCTO :	RESUCITADOR PULMONAR NEONATAL DESECHABLE
DESCRIPCION Y COMPONENTES :	BALON DE VENTILACION 550ML, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP 5-20CM H2O
MARCA:	HSINER
FABRICANTE :	HSINER — **CIUDAD / PAIS DE ORIGEN:** TAIWAN
REGISTRO SANITARIO:	2019DM-0020009 — **FECHA DE VIGENCIA:** 28/06/2029
MATERIAL DE ELABORACION:	MATERIAL PVC - PE - PC LIBRE DE LATEX
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	IIA
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	MATERIAL DESECHABLE UN SOLO USO
NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:	MATERIAL DESECHABLE UN SOLO USO
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
CONTENIDO DEL KIT:	BOLSA DE VENTILACION, TUBO DE OXIGENO, MASCARA, BOLSA RESERVORIO, VALVULA DE EXPIRACION, VALVULA PEEP
INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES:	ESTE DISPOSITIVO ESTA INDICADO PARA PROPORCIONAL UNA AYUDA EFICAZ EN LA RESPIRACION, PROCEDIMIENTO DE REANIMACION CARDIO PULMONAR COMO APOYO DE VENTILADORES Y MAQUINAS DE ANESTESIA
INDICACIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO:	USO INDICADO PARA REANIMACION, PRODUCTO MANEJADO POR PROFESIONAL CALIFICADO
PRECAUCIONES:	NO REQUIERE DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ESPECíFICO; SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y TEMPERATURA AMBIENTE (LEJOS DE LA LUZ Y EL CALOR)
DISPOSICIÓN FINAL:	DEBE SER DESECHADA DE ACUERDO A LAS NORMAS LOCALES DE MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. MEDICAL CARE WELL NO MANEJA EL DISPOSITIVO ANTES DE LA DISPOSICION FINAL YA QUE NO TIENE UN PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN O INACTIVACIÓN ESPECIAL
FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DE LA FABRICACION:	TRES AÑOS
FIRMA DIRECTOR TECNICO:	