STRONGmed
COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.452.183-3

FICHA TECNICA

EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS MACROGOTEO

Nombre genérico	**Equipo para administración de líquidos.**
Nombre comercial	**Equipo macrogoteo 20 gotas/mL**
Marca	**KAWA**
Fabricante	**WEIFANG KAWA MEDICAL PRODUCTS**
Importador	**STRONGMED COLOMBIA S.A.S.** **Av. calle 53 no 74ª - 89 Bogotá D.C. Colombia** **PBX 4103298.**
Composición	**Fabricado en ABS, polipropileno y PVC.**
Presentación	**Envase unitario en celofán, tiene impresa información de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, registro sanitario. Paquete por 20 unidades. Embalaje caja cartón corrugado por 400 unidades.** **El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.**
Descripción	**Dispositivo estéril desechable, con Spike tipo torpedo de tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, factor goteo de 20 gotas por mL, manguera de tránsito de 180 cm, en PVC flexible grado médico, regulador de flujo con rodillo para el control del goteo, sitio en Y para la inyección alterna de medicamentos.** **Modelo con puerto en Y con sistema combo (conector luer slip / luer lock). no utilice este producto si el empaque está roto o dañado**
Indicaciones de uso	**Dispositivo médico estéril que sirve para administrar líquidos por una vía endovenosa en forma continua y/o dosificada.**
Clasificación	**Dispositivo médico invasivo. Riesgo II a**

STRONGmed
COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.452.183-3

FICHA TECNICA

EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS MACROGOTEO

Método de esterilización	**Óxido de etileno.**
Tiempo de vida útil	**5 años**
Registro sanitario	**INVIMA 2017DM-0016525 Válido hasta 06 de Julio de 2027**
Controles de calidad	**Cumple con los criterios ISO 8536-4 para las pruebas de esterilidad, residuos de ETO, apirogenicidad, hemólisis, toxicidad, acidez, resistencia de las uniones, material reductores, iones metálicos, residuo de evaporación y absorción al UV del extracto.**
Precauciones de uso.	**□ No utilizar si el empaque no está íntegro.** **□ Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización.** **□ Cambiar el equipo máximo a las 24 horas o según protocolos institucionales.** **□ Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las normas internacionales de almacenamiento de insumos médicos.**
STIV20-105-S	**Equipo 20 gotas/ml. puerto en Y, conector luer lock-luer slip.**

Si requiere información adicional, puede contactarnos en el correo jcanon@strongmedcorp.com