# ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OXOID

## CEFEPIMA FEP30 CT0771B

### Detalles del producto

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | CEFEPIMA |
| Código de disco | FEP30 |
| Concentración de disco | 30 µg |
| Código CT | CT0771B |
| Vida útil (años) | 3 |
| Concentración recomendada por el CLSI | Sí |
| Concentración recomendada por EUCAST | Sí |

### Criterios de desempeño microbiológico

| CLSI | | |
|---|---|---|
| Organismo | Número ATCC/NCTC | Rango (mm) |
| Escherichia coli | ATCC®25922 | 31 – 37 |
| Estafilococo áureo | ATCC®25923 | 23 – 29 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC®27853 | 25 – 31 |
| Haemophilus influenzae | ATCC®49247 | 25 – 31 |
| Neisseria gonorrhoeae | ATCC®49226 | 37 – 46 |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC®49619 | 28 – 35 |

| EUCAST | | |
|---|---|---|
| Organismo | Número ATCC/NCTC | Rango (mm) |
| Escherichia coli | ATCC®25922 | 31 – 37 |
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC®27853 | 25 – 31 |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC®49619 | 31 – 37 |

### Referencias

Para las concentraciones recomendadas, los límites de zona están de acuerdo con los estándares de desempeño actuales para pruebas de susceptibilidad de disco antimicrobiano;

- CLSI: M100 Estándares de desempeño para pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos
- EUCAST Control de calidad interno de rutina y extendido para la determinación de CMI y difusión en disco como recomendado por EUCAST

Se podrán emplear otras cepas desafiantes adicionales.

Se cree que la información proporcionada anteriormente es correcta, sin embargo, tanto la información como el producto se ofrecen sin garantía para ningún uso específico, salvo el especificado en el manual actual de Oxoid.

# ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OXOID

## CEFEPIMA FEP30 CT0771B

Historial de revisiones

| Sección / Paso | Descripción del cambio | Razón del cambio | Referencia |
|---|---|---|---|
| Microbiológico<br>Actuación<br>Criterios | Eliminación de BSAC | Control de cambios | BT-CC-2142 |
| Documento completo/<br>Referencias | Actualizar al formato actual/<br>Actualización de los<br>estándares de desempeño actuales | Control de cambios | BT-CC-2820 |