ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OXOID

LINEZOLID LZD30 CT1650B

Detalles del producto

Nombre del producto	LINEZOLIDA
Código de disco	LZD30
Concentración de disco	30 µg
Código CT	CT1650B
Vida útil (años)	2
Concentración recomendada por el CLSI	Sí
Concentración recomendada por EUCAST	No

Criterios de desempeño microbiológico

CLSI:		
Organismo	Número ATCC/NCTC	Rango (mm)
Estafilococo áureo	ATCC®25923	25 – 32
Streptococcus pneumoniae	ATCC®49619	25 – 34

Referencias

Para las concentraciones recomendadas, los límites de zona están de acuerdo con los estándares de desempeño actuales para pruebas de susceptibilidad de disco antimicrobiano;

- CLSI: M100 Estándares de desempeño para pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos

Se podrán emplear otras cepas desafiantes adicionales.

Se cree que la información proporcionada anteriormente es correcta, sin embargo, tanto la información como el producto se ofrecen sin garantía para ningún uso específico, salvo el especificado en el manual actual de Oxoid.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OXOID

LINEZOLID LZD30 CT1650B

Historial de revisiones

Sección / Paso	Descripción del cambio	Razón del cambio	Referencia
Documento completo/ Referencias	Actualizar al formato actual/ Actualización de los estándares de desempeño actuales	Control de cambios	BT-CC-2820