MICROGEN	MICROGEN LTDA	Código: FTQ74
	FICHA TÉCNICA	Versión: 2
	AGAR XLD	Fecha: febrero 10 de 2022

PRODUCTO	AGAR XLD
MARCA COMERCIAL	LABG&M
PRODUCTOR	MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA
IMAGEN	
CLASE DE RIESGO	RIESGO I
PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA
CARACTERISTICAS FISICAS	Medio de cultivo semisólido de apariencia de color rojo-naranja.
APLICACIÓN Y USO	El agar XLD (Xilosa, Lisina, Desoxicolato) es un medio selectivo diferencial, utilizado para el aislamiento y diferenciación de patógenos entéricos Gram negativos, especialmente del género *Shigella*.
VIDA UTIL	Tres (3) meses.
EMPAQUE	Empaque primario: El medio de cultivo preparado es empacado en placa de Petri estéril de poliestireno desechable, rotuladas en bolsas al vacío, en paquetes de 10 unidades.
PRESENTACION COMERCIAL	Unidad, Paquete x 10 placas.
ESTANDARES DE CALIDAD	PRUEBA DE ESTERILIDAD: La prueba de esterilidad se realiza sometiendo un volumen representativo del lote a 37ºC. entre 72 y 120 horas. PRUEBA DE EFECTIVIDAD: La efectividad del medio se controla mediante el cultivo de cepas control ATCC.
INSTRUCCIONES DE DESECHO	Eliminar los elementos utilizados según protocolos de eliminación de residuos de la organización.
ADVERTENCIAS Y	- Utilizar el medio de cultivo antes de la fecha de

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV

PRECAUCIONES	expiración. - Usar elementos de protección personal durante el uso del producto por la exposición a muestras potencialmente peligrosas.
ALMACENAMIENTO	- Refrigeración: 2°C - 8°C. - Almacenar las placas en posición invertida para evitar que el agua de condensación caiga sobre la superficie del medio.
CÓDIGO	0412-AX.

Calle 55 # 71 D- 07 – Tels 7495827-7495733
www.microgenltda.com.co – Bogotá D.C.

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO			
Versión	**Apartado modificado**	**Descripción**	**Fecha**
1	N/A	Creación de documento	Julio 01 de 2021
2	Cuerpo del documento	Actualización de información del producto	Febrero 10 de 2022

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV
			