FICHA TECNICA AGAR PAPA DEXTROSA

PRODUCTO	AGAR PAPA DEXTROSA	
MARCA COMERCIAL	LABG&M	
PRODUCTOR	MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA	
IMAGEN		
CLASE DE RIESGO	RIESGO I	
PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA	
CARACTERISTICAS FISICAS	Medio de cultivo semisólido de color ámbar ligeramente opalescente.	
APLICACIÓN Y USO	Es utilizado en el aislamiento, cultivo y recuento de hongos y levaduras, de muestras lácteas y otros alimentos. Otro de sus usos es el mantenimiento de cultivos. La base nutricionalmente rica (infusión de papa) fomenta un crecimiento de hongos y mohos muy abundante.	
VIDA UTIL	Cinco (5) meses.	
EMPAQUE	Empaque primario: El medio de cultivo preparado es empacado en placa de Petri estéril de poliestireno desechable, rotuladas en bolsas al vacío, en paquetes de 10 unidades.	
PRESENTACION COMERCIAL Y CÓDIGO	Unidad	MICAPD1001
	Paquete x 10 placas	MICAPD1002
ESTANDARES DE CALIDAD	PRUEBA DE ESTERILIDAD: La prueba de esterilidad se realiza sometiendo un volumen representativo del lote a 37ºC. entre 72 y 120 horas. PRUEBA DE EFECTIVIDAD: La efectividad del medio se controla mediante el cultivo de cepas control ATCC.	
INSTRUCCIONES DE DESECHO	Eliminar los elementos utilizados según protocolos de eliminación de residuos de la organización.	
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	- Utilizar el medio de cultivo antes de la fecha de expiración.	

	- Usar elementos de protección personal durante el uso del producto por la exposición a muestras potencialmente peligrosas.
ALMACENAMIENTO	- Refrigeración: 2 - 8°C. - Almacenar las placas en posición invertida para evitar que el agua de condensación caiga sobre la superficie del medio.

RAZÓN SOCIAL: Microbiología y Genética Ltda.

TELÉFONOS: 7495827 – 7495733

DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 D 07

MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO			
Versión	**Apartado modificado**	**Descripción**	**Fecha**
1	N/A	Creación de documento	Julio 01 de 2021
2	Cuerpo del documento	Actualización de información del producto	Febrero 10 de 2022
3	Cuerpo del documento	Se cambia el diseño del documento	Abril 04 de 2023

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**	
Director de Calidad	Gerente General	Dr. Técnico de DM	Dr. Técnico de RDIV
			