ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OXOID

SULFATO DE COLISTINA CT50 CT0664B

Figura 1: Detalles del producto

Nombre del producto	sulfato de colistina
Código de disco	CT50
Concentración de disco	50 µg
Código CT	CT0664B
Vida útil (años)	3
Concentración recomendada por el CLSI	No
Concentración recomendada por EUCAST	No
SFM heredado	Sí

Criterios de desempeño microbiológico

Cepas de prueba internas (metodología SFM heredada)		
Organismo	Número ATCC/NCTC	Rango (mm)
Pseudomonas aeruginosa	ATCC®27853	17 – 22

Referencias

Probados de acuerdo con la metodología SFM heredada, los rangos de control se derivan internamente en función de datos históricos.

Se pueden emplear otras cepas desafiantes adicionales.

Se cree que la información proporcionada anteriormente es correcta, sin embargo, tanto la información como el producto se ofrecen sin garantía para ningún uso específico, salvo el especificado en el manual actual de Oxoid.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE OXOID

SULFATO DE COLISTINA CT50 CT0664B

Historial de revisiones

Sección / Paso	Descripción del cambio	Razón del cambio	Referencia
Documento completo	Nuevo documento	No existe ninguna especificación de producto actual	MOC-2025-0322