HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

BD	**DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EQUIPO ALADO BD VACUTAINER®**	**Becton Dickinson de Colombia Ltda.** **Integrated Diagnostic Solutions - IDS** **Versión: 2023-1**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Dispositivo con sistema de seguridad, cuenta con aguja siliconada en acero inoxidable tipo 304, alas de agarre, tubo que posee conexión a soporte o holder.

REGISTRO SANITARIO:


Número:	INVIMA 2019DM-0019308	**Clasificación de Riesgo:**	IIA
Vigencia:	marzo de 2030	**Tipo De Dispositivo:**	Invasivo
Titular:	Becton Dickinson de Colombia Ltda.	**Fabricante:**	Becton Dickinson & Company
Dispositivo:	No Reutilizable	**Esterilización:**	Irradiación gama, Co-60

ESPECIFICACIONES

CATALOGO	PRODUCTO	CALIBRE DE AGUJA	PRESENTACIÓN	Longitud Tubo Flexible	CONECTOR
367282	Equipo Alado Verde	21G x 3/4	Caja X 50 unidades	7”	**Luer Lok / Slip**
367284	Equipo Alado Azul	23G x 3/4	Caja x 50 Unidades	7”	**Luer Lok/Slip**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de Aguja	Acero inoxidable tipo 304, siliconadas
Material de Manguera	Cloruro de Polivinilo
Material Alas	Cloruro de Polivinilo
Sistema de Seguridad	Evita el riesgo de sufrir accidentes de riesgo biológico al trabajador de la salud al activar, se verifica la inactivación del bisel arterial mediante indicador auditivo y visual.
Almacenamiento	4 a 25°C - No exponer a la luz directa del sol
Estándares y números de certificación	ISO 13485, FM79169
Empaque	Blíster Individual que garantiza esterilidad e integridad del producto
Etiqueta	Todas las etiquetas cumplen con los requisitos de la Directiva Europea de Dispositivos Médicos 93/42 / EEC e incluyen el marcado CE.
Técnica de esterilización	óxido de Etileno

MODO DE USO	USO PREVISTO
	El Equipo Alado BD Vacutainer® Safety-Lok™ se utiliza para la recolección múltiple de sangre, es simple, fácil de usar y está diseñado para proveer seguridad del trabajador de la salud. La aguja se inserta en la vena del paciente, conectada a un tubo flexible que permite la visualización de la sangre y que tiene conexión a un soporte donde se colocan los tubos al vació para la extracción de sangre. Por sus paredes delgadas el lumen de la aguja es más amplio para permitir el flujo de sangre y así disminuir el riesgo de hemólisis. La técnica de afilado Precisión Glide™, permite que la cánula este diseñada con tres biseles, que permiten una menor fuerza de inserción de la aguja, lo que disminuye sensación de dolor y la lesión en el tejido es limpia, garantizando mayor confort en el momento de la punción. Las agujas BD Vacutainer® tienen un tapón de goma cubriendo el extremo opuesto al que está en contacto con el paciente previniendo la fuga de sangre dentro del soporte durante la venopunción. Posee un sistema de seguridad que encapsula la aguja para prevenir posibles accidentes en los trabajadores de la salud y previniendo su reutilización; el cual se activa una vez a salido la aguja de la vena. Compatible con todos los sistemas de extracción de sangre al vacío BD Vacutainer®.

BD, el logo, y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton, Dickinson and Company© 2023