Tarro de tinción

Hecho de material de vidrio de borosilicato.



Descripción del producto

Adecuado para la tinción de portaobjetos de microscopio en operaciones de rutina, acepte los portaobjetos de microscopio estándar CITOTEST® en dimensiones de 75,0 mm × 25,0 mm con un grosor de 0,8 mm a 1,2 mm y también los portaobjetos de microscopio de 76,0 mm × 26,0 mm × (0,8-1,2) mm en el mercado.

Tarro de tinción mono portaobjetos

· Hecho de material de vidrio de borosilicato

· Con ranuras integradas para la tinción de portaobjetos sin el uso de rejillas para portaobjetos independientes

P / N	ESPECIFICACIÓN	EMBALAJE
10130609	9 piezas, con tapa de vidrio, tipo hellendhal	1 unidad /