

ES REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: MERIT ADVANCE® ANGIOGRAPHIC NEEDLES
AD18N91W AD18N91W-E AD18T51W AD18T51WS AD18T71W AD18T71WC AD18T71W-E AD18T71WS AD18T71WT
AD19U41W AD19U41WC AD19U51W AD19U71W AD19U71WC AD19U71W-E AD19U71WS AD20T41W AD20T41W-E
AD20T71W AD20T71W-E AD21T21W AD21T21WT AD21T41W AD21T41WC AD21T41W-E AD21T41WE AD21T71W
AD21T71W-E AD21T71WT AD21T71WT-E AD21T91R AD21T91RE AD21T91W AD21T91W-E AD21T91WT AD21T91WT-
E AD22T41WT AD22T61W AD21T41WT MERIT ADVANCE® ANGIOGRAPHIC SAFETY NEEDLE SL18T71W SL18T71WS
SL21T71W SL21T71WS MAJESTIK® SERIES ANGIOGRAPHIC NEEDLES AN18T52C AN18T52MC AN18T53CO
AN18T53MCO AN18T71WR-25 AN18T72MC AN18T72S-25 AN18T72SC AN18T72SH AN18T73SO AN18T73SO
AN19U52MC AN19U72S-25 AN19U73SO ADVERTENCIAS: NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ ABIERTO O DAÑADO. NO
ALTERAR ESTE DISPOSITIVO. NO HACER AVANZAR POR COMPLETO EL MECANISMO DE SEGURIDAD HASTA QUE SE
ENCAJE AL RETIRAR LA AGUJA PUEDE TENER COMO RESULTADO EN QUE LA AGUJA VUELVA A SALIR POR EL
MECANISMO DE SEGURIDAD, TENIENDO POTENCIALMENTE EL RESULTADO DE UN PINCHAZO ACCIDENTAL CON
UNA AGUJA CONTAMINADA. UNA JERINGA CON UNA AGUJA CONTAMINADA PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES
INFECCIOSAS. MANIPULAR Y DESECHAR DE ACUERDO CON LA PRÁCTICA MÉDICA ACEPTADA Y LAS NORMAS DE
APLICACIÓN. DESPUÉS DE SU USO, ESTE PRODUCTO ES UN BIOPELIGRO POTENCIAL. PRECAUCIONES: LEA Y SIGA CON
DETENIMIENTO TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. • SE TIENE QUE TENER CUIDADO Y SEGUIR TODAS
LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES PARA EVITAR • NO RETIRAR EL CABLE DE GUÍA A TRAVÉS DE LA AGUJA. • NO
INTENTE ANULAR NI INHABILITAR EL MECANISMO DE SEGURIDAD. • SOLAMENTE DEBEN INTRODUCIR, MANIPULAR
Y RETIRAR ESTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA ATENCIÓN ESTÉRIL Y NO PIROGÉNICO SOLAMENTE SI EL ENVASE
NO ESTÁ ABIERTO, DAÑADO O ROTO. CONTRAINDICACIONES: NO EXISTEN CONTRAINDICACIONES ASOCIADAS