1. NOMBRE DEL DISPOSITIVO	
Nombre genérico:	Sistema embolico liquido PHIL
Nombre comercial:	Sistema embolico liquido PHIL

2. MODELO/REFERENCIA	
LEN10250	LEN10250RE
LEN10300	LEN10300RE
LEN10350	LEN10350RE
LEN10LV250	LEN10LV250RE

3. REGISTRO SANITARIO	2015DM-0013279
4. CLASIFICACIÓN DE RIESGO	III
5. VIDA ÚTIL	2 Años
6. NÚMERO DE USOS	Uso único
7. PRESENTACIÓN COMERCIAL	Empaque individual
8. FABRICANTE	MicroVention Europe - MicroVention Inc.
9. PAÍS DE ORIGEN	Francia – Estados Unidos
10. IMPORTADOR	Interventional Medical Products S.A.
11. MÉTODO ESTERILIZACIÓN	Óxido de etileno
12. TIPO DE DISPOSITIVO	Invasivo Quirúrgico

13. MODO DE CONSERVACIÓN (ALMACENAMIENTO)	
Condiciones de temperatura:	Almacenar a temperatura ambiente controlada
Condiciones de Humedad:	Almacenar en un lugar seco
Otros:	Durante el almacenamiento evite la exposición a agua, luz solar o temperaturas extremas y humedad alta

14. INDICACIONES DE USO

El objetivo del Sistema embolico liquido PHIL es ser usado en la embolización de lesiones periféricas y de neurovasculatura, incluyendo malformaciones arteriovenosas y tumores hipervasculares. En el tratamiento de objetivos neurovasculares, lograr oclusión del flujo de sangre para aumentar la facilidad de la resección quirúrgica y/o malformaciones embolizadas sin resección. Puede ser usado junto con otros agentes terapéuticos y de embolización, tales como coils de oclusión y balones.

15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PHIL® Device - Portfolio

Catalog Number	Concentration	Volume of LE in Syringe	Viscosity
LEN10350	PHIL® 35%	1mL	72 cSt
LEN10300	PHIL® 30%	1mL	36 cSt
LEN10250	PHIL® 25%	1mL	16 cSt
LEN10250LV	**PHIL® LV**	**1mL**	**12 cSt**