TERUMO	FICHA TÉCNICA			
TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS	**Área:** Gestión de Calidad	**Código:** FTGC-IS011	**Versión:** 00	Página **1** de **1**

Elaboró: **Cargo:**	Lucia Acero Strategic bussiness coordinator TIS	**Revisó:** **Cargo**	Luis Jaramillo Analista de Calidad	**Aprobó:** **Cargo:**	Martha L. Arévalo Director Técnico

INFORMACIÓN GENERAL	
PRODUCTO	PROGREAT/PROGREAT CATÉTER ANGIOGRÁFICO
MARCA	TERUMO
REGISTRO SANITARIO	2016DM-0014944
FECHA VENCIMIENTO	27/07/2026
FABRICANTE	TERUMO
PAIS DE ORIGEN	JAPON
ESTERILIZACION	ETO (Óxido de Etileno)
T° DE ALMACENAMIENTO	1 - 30°C
VIDA UTIL	VEINTICUATRO (24) MESES
PRESENTACIÓN	CAJA X UNIDAD
IMPORTADOR	TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS
DESCRIPCION PRODUCTO	SISTEMA DE MICROCATÉTER PARA ENTREGA DE MEDIOS RADIO PACOS, DROGAS EN SOLUCIÓN Y AGENTES EMBÓLICOS CON FINES DIAGNÓSTICOS O TERAPÉUTICOS, DE TIPO HIDROFILICO, RADIOPACO Y MALLADO DE 2.4 FR, 2.7 FR Y 2.8FR X 110, 130 Y 150 CM., Y DE TIPO COAXIAL QUE CONTIENE GUÍA DE 0.21".
INDICACIONES DE USO	EL SISTEMA DE MICROCATÉTER PROGREAT ESTA DISEÑADO PARA LA EMBOLIZACIÓN Y ANGIOGRAFÍA TERAPÉUTICA EN LOS VASOS PERIFÉRICOS, SON FÁCILES DE CONTROLAR Y POR TANTO PUEDEN LLEGAR HASTA LAS LESIONES CON PRESICIÓN GRACIAS A UNA SELECTIVIDAD EXCEPCIONAL DE LOS VASOS.
PRECAUCIONES DE MANEJO	EL PRODUCTO EN SU PORTADOR ES EMPACADO INDIVIDUALMENTE, NO UTILIZAR SI EL EMPAQUE ES PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO, USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR. ALMACENARSE EN LUGAR FRESCO, SECO PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR, ÚSESE ANTES DE SU FECHA DE CADUCIDAD.
MATERIALES Y PROPIEDADES	DISEÑADO CON UNA ESTRUCTURA DE TRES CAPAS, LA INTERNA ELABORADA EN PTFE QUE OFRECE UN PASO SIN FRICCIÓN, LA SEGUNDA TIENE UN REVESTIMIENTO DE ESPIRAL DE TUNGSTENO QUE PROPORCIONA UNA RESISTENCIA INCREÍBLE A LOS ACODAMIENTOS Y DA MAYOR RADIOPACIDAD, Y SU TERCER CAPA EXTERNA CON UN RECUBRIMIENTO "M" COAT QUE ES HIDROFILICO Y AGREGA UN TOQUE DE SINGULARIDAD A LA NAVEGABILIDAD DEL CATÉTER.

Fecha elaboración: miércoles, 31 de marzo de 2021