

Bogotá, 26 de enero 2026

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Ciudad.

Asunto: ANEXO N°6 ECONOMICO

Ref.: EM-005-2025



ITEM	CÓDIGO	NOMBRE / DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	GRUPO TERAPEUTICO	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E	REQUIERE COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR UNITARIO TOTAL X CANTIDAD
7	121QQ034879	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NO FENESTRADA CON BALON N° 8.0	N/A	UNIDAD	10	CIRUGÍA	NO	NO	\$ 216.471	\$ 41.129	\$ 257.600	\$ 2.576.005
8	121QQ031633	RECARGA PARAENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO NORMAL 6 LINEAS DE GRAPA 60MM ECR60B AZUL	N/A	UNIDAD	12	CIRUGÍA	NO	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 60 MM	\$ 565.000	\$ 107.350	\$ 672.350	\$ 8.068.200
9	121QQ031638	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM (ECR60D) DORADA	N/A	UNIDAD	6	CIRUGÍA	NO	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 60 MM	\$ 565.000	\$ 107.350	\$ 672.350	\$ 4.034.100
10	121QQ031641	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO VASCULAR 6 LINEAS DE GRAPA 45MM CON PUNTA DILATADORA (REF ECR45W)	N/A	UNIDAD	6	CIRUGÍA	NO	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 45 MM	\$ 535.943	\$ 101.829	\$ 637.772	\$ 3.826.633
11	121QQ031635	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO GRUESO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM (REFECR60B)	N/A	UNIDAD	12	CIRUGÍA	NO	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 60 MM	\$ 616.500	\$ 117.135	\$ 733.635	\$ 8.803.620
57	121QQ031212	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO	N/A	UNIDAD	100	TERAPIA RESPIRATORIA	NO	NO	\$ 37.686	\$ 7.160	\$ 44.846	\$ 4.484.634
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION												\$ 31.793.192

Nota 1: Este proceso de contratación se realiza bajo la modalidad de Orden de Compra por lo anterior se adjunta la documentación correspondiente al proceso.	
Nota 2: El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que genere el servicio a ofertar, deberá tener en cuenta todos los gastos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental, y municipal que se causen en razón de la suscripción legalización, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán de cargo del contratista.	
Nota 3: Se seleccionara el menor precio siempre y cuando cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitados.	
Nota 4: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dicho Contrato	
Nota 5: En caso de inconsistencia en el calculo de los impuestos, la subred prodra requerir al oferente para aclaración de la propuesta económica.	
Nota 6: El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o por defecto al entero más cercano y debidamente totalizado.	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS MADRIÑAN PADILLA
ENTIDAD	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
NIT	830,025,149-8
CORREO ELECTRONICO	rs.cuentasgobiernocolombia1@medtronic.com
DIRECCION	CLL116#7-15 OF 1101 BOGOTÁ
TELEFONO FIJO Y CELULAR	3213705256/7427300
VALIDEZ DE LA OFERTA	90 DIAS
FECHA	26/01/2026

Atentamente,

Signed by:

Firma: 49819191BED343G
Nombre: Juan Carlos Madriñan Padilla
Documento identificación: C.C. 80.504.939 de Bogotá
Representante Legal

DocuSigned by:
Ruth Gaviria
4DD6B018E7F411...

RESPUESTA OBSERVACIONES A ESTUDIO DE MERCADO
EM-005-2025

OBJETO: “COMPRA DE LOS INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRURGICOS PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, QUE SON NECESARIOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E”

PROPONENTE 1: MEDTRONIC COLOMBIA S.A

OBSERVACIÓN 1:

“Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grap a compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripci ón técnica del proceso”.

ITEM	CÓDIGO	NOMBRE / DESCRIPCION	CANTIDAD	GRUPO TERAPEUTICO	REQUIERE COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E.	OBSERVACIONES
8	121QQ031633	RECARGA PARAENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO NORMAL 6 LINEAS DE GRAPA 60MM ECR60B AZUL	12	CIRUGÍA	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 60 MM	Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grapa compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripción técnica del proceso

RESPUESTA 1: Se acepta observación

OBSERVACIÓN 2:

“Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grap a compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripci ón técnica del proceso”.

9	121QQ031638	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO INTERMEDIO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM (ECR60D) DORADA	6	CIRUGÍA	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 60 MM	Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grapa compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripción técnica del proceso
---	-------------	---	---	---------	--	--

RESPUESTA 2: Se acepta observación

OBSERVACIÓN 3:

“Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grap a compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripci ón técnica del proceso”.

10	121QQ031641	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO VASCULAR 6 LINEAS DE GRAPA 45MM CON PUNTA DILATADORA (REF ECR45W)	6	CIRUGÍA	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 45 MM	Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grapa compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en
						la descripción técnica del proceso

RESPUESTA 3: Se acepta observación

OBSERVACIÓN 4:

“Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grap a compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripci ón técnica del proceso”.

11	121QQ031635	RECARGA PARA ENDOCORTADORA LINEAL CORTANTE TEJIDO GRUESO 6 LINEAS DE GRAPA 60MM (REF ECR60B)	12	CIRUGÍA	SI - COMPATIBLE CON ENDOCORTADORA DE 60 MM	Recarga homologable técnicamente en cuanto a altura de la grapa, longitud de la línea de grapa compatible con grapadora universal. No compatible con la grapadora indicada en la descripción técnica del proceso
----	-------------	---	----	---------	--	--

RESPUESTA 4: Se acepta observación

OBSERVACIÓN 5:

“CIRCUITO EN PVC CON CODO DE 90°, PUERTO DE CAPNOGRAFIA, BALON DE 1 LITRO, 150 CM ESTERIL”.

57	121QQ031212	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO	100	TERAPIA RESPIRATORIA	NO	CIRCUITO EN PVC CON CODO DE 90°, PUERTO DE CAPNOGRAFIA, BALON DE 1 LITRO, 150 CM ESTERIL
----	-------------	----------------------------------	-----	----------------------	----	--

RESPUESTA 5: Se solicita enviar ficha técnica para evaluar

Elaborado por:



Cristian Camilo Leguizamón Arguello
Profesional Especializado
Gestión Abastecimiento de insumos y dispositivos médicos quirúrgicos
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E



Angela Mendoza
Referente Terapia Respiratoria
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E



Karolina Cuellar
Gestión Quirúrgica
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E