INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	NIPLE PARA FUENTE DE OXIGENO	1. Niple	
Fabricante:	BIOPLAST S.A.		
Marca:	BIOLIFE		
Vida Útil :	5 Años		
Procedencia:	Colombia		
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000409-R1		
Vigencia:	Diciembre 23 de 2026		
Clasificación de riesgo:	IIa		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Conector para líneas de oxigeno (racord y tuerca), tuerca de sujeción tipo DISS, con aletas laterales para facilitar el ajuste y desenrosque. Su uso está determinado para conectar líneas de oxigeno (cánulas o extensiones) al sistema de flujometro o equipo de salida de oxígeno, también se emplea en la líneas de nebulización.		
Indicaciones y precauciones de uso	• Uso bajo supervisión de un profesional del área médica. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Uso desechable.		
Composición	ABS		
Contraindicaciones	Ninguna conocida		
Numero de Re-usos	Producto Descartable, uso de un solo paciente.		
Presentación comercial:	Envase: paquete por 50 unidades Embalaje: 50 paquetes por caja corrugada.		
Condiciones de almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.		
Disposición final:	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 2676 del 2000 (Diciembre 22) del Ministerio de salud “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.”		