## 4. ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

ASOCIADO CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO

NOMBRE DEL JARDÍN: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO MAMÁ CANGURO

CONVENIO: 8419 - 2025

DIRECCIÓN: CALLE 89 BIS # 89 A - 67

| COBERTURA: 117 | M: 8 | C: 10 | P: 45 | PJ: 54 | J: 0 | TOTAL: 117 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 4.2. VIGILANCIA NUTRICIONAL

| No. | NOMBRE DEL ELEMENTO | CARACTERISTICAS | DETALLE CANTIDAD | CANTIDAD | ESTADO | VALOR | SDIS | ASOCIADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infantómetro para niños y niñas menores de dos años | Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes (Temperatura) | Una unidad en buen estado. | 1 | BUENO | $ 700.000 | | | |
| 2 | Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años | En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas. | Una unidad en buen estado. | 1 | BUENO | $ 800.000 | | | |
| 3 | Pesabebé | Capacidad: 20 a 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años. | Una unidad en buen estado. | 1 | BUENO | $ 280.000 | | | |
| 4 | Balanza de pie | Capacidad: 120 a 150 kg.<br>Precisión: ideal 50 gr, máximo 100gr.<br>Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro).<br>Debe contar con plataforma amplia, no deben utilizarse balanzas de baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gr), porque los datos no son confiables para el seguimiento nutricional.<br>Nota: la balanza debe ser tipo médico, para consultorio o sitio fijo. | Una unidad en buen estado. | 1 | BUENO | $ 600.000 | | | |

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

| FIRMA REVISOR FISCAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
|---|---|
| **NOMBRE:** | **NOMBRE:** |
| **DOCUMENTO:** | **DOCUMENTO:** |