HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: ADIPOMETRO DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO PARA MEDIR GRASA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: ACCUFITNESS
1.2 MODELO: FATTRACK
1.3 SERIE: S/S
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X]

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [X] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [ ] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: 0,028 KG
4.9 OTRO: BATERIA 3V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [ ] IIA [X] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [ ] NO [X] PERIOCIDAD DE CALIBRACION:

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2022

CIUDAD: Sogamoso

ENTIDAD: Hogar San Jose para ancianos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	ADIPOMETRO DIGITAL	MODELO:	FATTRACK
MARCA:	ACCUFITNESS	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	015	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU USO EN EL SERVICIO

X EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing Biomedica TP 68244-270507 STD
INV RH-201409-451

REALIZO

Mra. Nubia E Moya

RECIBE

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: ADIPOMETRO DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO PARA MEDIR GRASA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: SLIMGUIDE
1.2 MODELO: N/A
1.3 SERIE: S/S
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X]

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [X] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [ ] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO:
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A
4.9 OTRO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [ ] IIA [X] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [ ] NO [X] PERIOCIDAD DE CALIBRACION:

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2023

CIUDAD: Sesquima

ENTIDAD: Hogar San Jose para ancianos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2023

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	adipometro manual	MODELO:	N/A
MARCA:	SLIMGUIDE	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	515	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO		LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU USO EN EL SERVICIO

X EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomedica • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REALIZO

RECIBE

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: BALANZA DE PISO DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	LAS BALANZAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR Y MEDIR CANTIDADES DE LA MASA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: HOMEDICS
1.2 MODELO: SC-540C 180KG
1.3 SERIE: 4000009111276850
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X] //

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [X] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO:
3.8 FABRICANTE: HoMedics, Inc
DIRECCION: Commerce Township, MI 48390-2720, USA
TELEFONO: (248) 863-3000
CORREO: cservice@homedics.com

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [ ] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%):
4.8 PESO: 2 KG
4.9 OTRO: BATERIA "AA" 1,5 V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [ ] IIA [X] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [X] NO [ ] PERIOCIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2024

CIUDAD: Sasaima

ENTIDAD: Hogar San Jose para ancianos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Balanza Digital	MODELO:	SC-540C 180KG
MARCA:	Homedics	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	400000911127685D	UBICACIÓN:	Nutrición

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.
/	/	/	/

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO Ing. Biomédica TP. 68244-270507 STD INV. RH-201409-451

REALIZO

RECIBE

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: BASCULA ELECTRONICA	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	LAS BASCULAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR Y CONTABILIZAR CANTIDADES.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: BBG COLOMBIA SAS
1.2 MODELO: LM33 - 40KG
1.3 SERIE: 2080477
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X] //

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [ ] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: Basculas y Balanzas Guadalupe
DIRECCION: Calle 13 # 24-19, Ricaurte, Bogota, Colombia
TELEFONO: (57)(1)2014846
CORREO: ventas2@basculasbbg.com

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [X] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 110V
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): 60Hz
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A
4.9 OTRO: Bateria 2Vcc

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [X] IIA [ ] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [X] NO [ ] PERIOCIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2025

CIUDAD: Sasaima

ENTIDAD: Hogar San Jose Para anciano

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Bascula Digital	MODELO:	CM33-10 #6
MARCA:	BBG colombia sas	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	20180477	UBICACIÓN:	NUTRICIÓN

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU USO EN EL SERVICIO

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO Ing. Biomedica TP. 68244-270507 STD INV. RH-201409-451


REALIZO

Ana Nubia Moya

RECIBE

CL 8 # 11-01 FUNZA – CUNDINAMARCA CEL: 3165738176/3232311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: BASCULA DE PISO ELECTRONICA	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
 	LAS BALANZAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR Y MEDIR CANTIDADES DE LA MASA CORPORAL.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: NACIONAL
1.2 MODELO: T3808
1.3 SERIE: S/N
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X] //

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [ ] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [X] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO:
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 110 - 120V
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): 60Hz
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A
4.9 OTRO: N/A

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [X] IIA [ ] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [X] NO [ ] PERIOCIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2026

CIUDAD: Sasaima

ENTIDAD: Hogar San Jose Para ancianos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Basculas electronicas	MODELO:	T3808
MARCA:	Nacional	INVENTARIO:	N/L
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	Nutricion

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES	X	CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.
/	/	/	/

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomedica • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REALIZO

Ana Nubia Erroya

RECIBE

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: BASCULA ELECTRONICA	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	LAS BASCULAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR Y CONTABILIZAR CANTIDADES.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: IMC ELECTRODOMESTICOS
1.2 MODELO: TCS-A 150KG
1.3 SERIE: S/N
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X] //

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [ ] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [X] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 110V
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): 60Hz
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A
4.9 OTRO: Bateria 6V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [X] IIA [ ] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [X] NO [ ] PERIOCIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2027

CIUDAD: BASICA

ENTIDAD: HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELECTRONICA	MODELO:	TCS-A 150KG
MARCA:	IMC ELECTRODOMESTICO	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	SIN	UBICACIÓN:	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES	X	CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

EQUIPO APTO PARA SU WO EN EL SERVICIO

[X] EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO [ ] EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomédica TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REALIZO

RECIBE

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: GRAMERA DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	LAS BASCULAS SON EQUIPOS QUE TIENEN COMO OBJETIVO PESAR CANTIDADES.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: ELECTRONIC
1.2 MODELO: SF-400
1.3 SERIE: S/N
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X] //

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [ ] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 10 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [ ] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): 3V
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): N/A
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): 60Hz
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO: N/A
4.9 OTRO: Bateria "AA" 1,5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [X] IIA [ ] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [X] NO [ ] PERIOCIDAD DE CALIBRACION: ANUAL

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2028

CIUDAD: Fusagasugá

ENTIDAD: Hogar San José para ancianos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Glucometro digital	MODELO:	JF-A000
MARCA:	electronic	INVENTARIO:	S/I
SERIE:	S/S.	UBICACIÓN:	NUTRICIÓN

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio

X EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO ☐ EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomédica TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REALIZO

RECIBE

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO BIOMEDICO QUE MIDE LA TEMPERATURA EN LOS ALIMENTOS.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: NACIONAL
1.2 MODELO: N/A
1.3 SERIE: S/S
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X]

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [X] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [ ] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): -50° C - +300° C
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO:
4.9 OTRO: BATERIA 3V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [ ] IIA [X] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [ ] NO [X] PERIOCIDAD DE CALIBRACION:

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2029

CIUDAD: Sogamoso

ENTIDAD: Hogar San Jose Para Ancianos

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Tensiometro Digital	MODELO:	N/A
MARCA:	Nacional	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	Nutricion

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomedica • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REALIZO

RECIBE

CL 8 # 11-01 FUNZA – CUNDINAMARCA CEL: 3165738176/3232311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO: TERMOMETRO DIGITAL	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
	DISPOSITIVO BIOMEDICO QUE MIDE LA TEMPERATURA EN LOS ALIMENTOS.

1. DESCRIPCION DEL EQUIPO

1.1 MARCA: NACIONAL
1.2 MODELO: WT-1
1.3 SERIE: S/S
1.3 EQUIPO: FIJO [ ] MOVIL [X]
1.4 RS [ ] PC [ ] NR [X]

2. COMPONENETES

NOMBRE	MARCA	MODELO	SERIE

3. DATOS DE ADQUISICION

3.1 FORMA DE ADQUISICION: COMPRA DIRECTA [X] COMODATO [ ] ALQUILER [ ] OTRO:
3.2 DOCUMENTO: //
3.3 FECHA DE COMPRA: //
3.4 VENC. GARANTÍA: //
3.5 FECHA DE FABRICACIÓN: //
3.6 COSTO: //
3.7 VIDA UTIL: 5 AÑOS
3.7 PROVEEDOR: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //
3.8 FABRICANTE: //
DIRECCION: //
TELEFONO: //
CORREO: //

4. REGISTRO TECNICO

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: AGUA [ ] AIRE [ ] GAS [ ] ELECTRICIDAD [ ] VAPOR [ ] DV PETROLEO [ ] OTRO: BATERIA
4.2 RANGO DE VOLTAJE(V): N/A
4.3 RANGO DE POTENCIA(W): N/A
4.4 RANGO DE PRESION(PSI): N/A
4.4 RANGO DE CORRIENTE(A): N/A
4.5 RANGO DE TEMPERATURA(°C): -50° C - +300° C
4.6 RANGO DE FRECUENCIA(HZ): N/A
4.7 RANGO DE VELOCIDAD(RPM): N/A
4.8 RANGO DE HUMEDAD(%): N/A
4.8 PESO:
4.9 OTRO: BATERIA "AA" 1,5V

5. APOYO TECNICO

5.1 CLASIFICACION POR RIESGO: I [ ] IIA [X] IIB [ ] III [ ]
5.2 CLASIFICACION BIOMEDICA: DIAGNOSTICO [X] PREVENCION [ ] REHABILITACION [ ] ANALISIS DE LABORATORIO [ ] TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA [ ]
5.3 MANUAL: OPERACIÓN [ ] MANTENIMIENTO [ ] PARTES [ ] DESPIECE [ ]
5.4 PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: TRIMESTRAL
5.5 CALIBRACION: SI [ ] NO [X] PERIOCIDAD DE CALIBRACION:

ELABORO: JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO/ING BIOMEDICA

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA - TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2030

CIUDAD: Sasaima

ENTIDAD: Hosp. San Jose Rural Sasaima

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2021

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	termometro digital	MODELO:	WT-1
MARCA:	Nacional	INVENTARIO:	N/R
SERIE:	S/S	UBICACIÓN:	Nutricion

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO		LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES	X	CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.

OBSERVACIONES

Equipo apto para su uso en el servicio.

[X] EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO [ ] EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
Ing. Biomedica TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

REALIZO

RECIBE

CL 8 # 11-01 FUNZA – CUNDINAMARCA CEL: 3165738176/3232311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com