SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

INFORME MES DE FEBRERO

2026

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

1. OBJETIVO.

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos biomédicos pertenecientes a la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez – Cundinamarca y a los centros de salud adscritos, garantizando su funcionamiento seguro, oportuno y confiable.

2. ACTIVIDADES

a. Se brinda apoyo a la E.S.E. en el seguimiento y actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos, así como de los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación.

b. Se garantiza el cumplimiento de los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019, vigente para la dotación y gestión del equipo biomédico en la E.S.E. Hospital san Antonio de Arbeláez.

c. De acuerdo con el cronograma actualizado de mantenimiento preventivo para el año 2026, se realiza la intervención de los equipos ubicados en las áreas de **OBSTETRICIA, AMBULACIAS Y CENTRO DE SALUD VENECIA**, conforme al mes programado. Las actividades efectuadas incluyen: limpieza externa e interna, verificación del estado físico para identificar golpes o averías no reportadas, revisión de accesorios, ajuste de parámetros operativos y ejecución de pruebas funcionales (ver anexo: reportes de mantenimiento preventivo).




Tabla 1. Reportes Mantenimientos Preventivos Mes de FEBRERO.

Acorde con la ejecución de mantenimientos, se han realizado mantenimientos correctivos *(Ver anexo reportes correctivos)* los cuales han podido ser solucionados o se encuentran en espera de repuestos descritos en matriz necesidad de repuestos.




Tabla 2. Reportes Mantenimientos Correctivos Mes de FEBRERO

A continuación, se presenta la tabla de novedades durante la ejecución de mantenimiento correctivos en el mes de Febrero.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	SERVICIO	OBSERVACIONES
Monitor de signos vitales	comen	Star 8000E	E7221206091	Ambulancia Cabrera	Cambio de brazalete adulo y pediátrico entrega pinza SPO2 pediatrico

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

MONITOR DE SGNOS	comen	Star 8000E	E7221206091	Ambulancia ODT642	Cambio de brazalete adulo y pediátrico
MONITOR DE SIGNOS VITALES	NORTHEM	ACUARIUS	JH01B227149	AMBULANCIA ODT644	SE REALIZA ENTREGA DE BRAZALETE ADULTO Y PEDIATRICO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
UNIDAD ODONTOLOGICA	AMERICAN DENTAL	AD SMART PLUS	2-753	ODONTOLOGIA	**FUGA DE AGUA SE REEMPLAZA LLAVE DE PASO ESCUPIDERA SE REALIZAN PRUEBAS SATISFACTORIAS**
UNIDAD ODONTOLOGICA	INTEGRAL DENTAL UNIT	DTM	150718/150717	CENTRO DE SALUD CABRERA	**UNIDAD REQUIERE REPOTENCIACION COMPLETA**
TERMOHIGROMETRO	CLOCK/HUMIDITY	HTC-2	Z-ID-029	LABORATORIO	**PANTALLA DESPRENDIDA SE DESPIZA SE REACOPLA Y SE ENSAMBLA,SE REALIZAN PRUEBAS SATISFACTORIAS.**

DEIGITALIZADOR	KONICA MINOLTA	REGIUS	A1P601436	IMAGENOLOGIA	**CAMBIO DE SET DE ARRASTRE, CAMBIO KIT DE PIÑONES**
EQUIPO DE RX FIJO	FUJIFILM	FGXR-405	GBB1920273A	IMAGENOLOGIA	**DAÑO EN CABLE DE HAND SWICH SE REALIZAN PRUEBAS DE DISPARO DESDE TORRE SATISFACTORIAS**

3. ANEXOS

- Reportes mantenimiento preventivo y correctivo.
- Registros fotográficos.
- Capacitaciones.

Atentamente,



Alejandro Castellanos Prieto
CEL: 3188763334