PROTOCOLO DE VERIFICACION CONCENTRADOR DE OXIGENO

EQUIPO A VERIFICAR: CONCENTRADOR
CONSECUTIVO: 15674
EQUIPO PATRON Analizador de Oxigeno 2
FECHA DE VERIFICACION Febrero-2026

ITEM	LECTURA INSTRUMENTO FIJO	LECTURA PATRON				
		ASCENSO	ERROR	Incert. Exp.	Evaluación	
lpm	1,5	1,50	0,00	0,13	CUMPLE	1
	3,0	3,00	0,00	0,13	CUMPLE	1
	4,0	4,00	0,00	0,13	CUMPLE	1
%O2	92,0	94,10		0,59	CUMPLE	1
	92,0	94,20		0,59	CUMPLE	1
	89,0	94,20		0,59	CUMPLE	1
Repet lpm	3,01	3,03	3,02	**RESULTADO FINAL DE EVALUACION**		
Desv. Est.	0,01					
Repet. %O2	94,2	94,4	94,20	CUMPLE		
Desv. Est.	0,01					

Corrección de Errores	si	
Condiciones Ambientales	**INICIO**	**FINAL**
Gravedad m/s2:	**22,60000**	
Temperatura °C:	26,2	26,2
Humedad Relativa %:	53,1	53,5
Presión atmosf. (mbar):	908,0	908,0
Densidad del aire kg/m3:	**1,049**	**1,049**