HOME CARE AMANECER® MEDICO su cuidado más efectivo	**LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO CONCENTRADOR DE OXÍGENO**	Fecha de Revisión: Septiembre 9 de 2016 FO-MS-32 Versión: 01

Consecutivo AM: 15674 Mes: Febrero Año: 2026

Serie: 2055354

Procedimiento

Se realiza limpieza y desinfección	OK		
Se inspecciona externa e internamente el equipo	OK		
Se inspecciona el cable de alimentación, los protectores y clavija	OK		
Se realizan pruebas de funcionamiento de flujo de oxígeno.	OK	Flujo:	4 LPM
Se realizan pruebas de funcionamiento de concentración de oxígeno superior a 92%.	OK	%O2:	94,2 %
Se verifican y registran las horas de uso del equipo	OK	Horas:	
Se comprueba los botones, alarmas e indicadores	OK		
Se verifica estado de filtros	OK		

N/A : No Aplica N/C: No Cumple OK: Cumple

Tipo de mantenimiento

Preventivo [ ] Correctivo [X]

Observaciones

Repuestos instalados

Tarjeta PCA J1110

Realizado por

Nombre Michelle Nicolalde

Cargo Asistente Biomedico