Registro Histórico de Actividades de Mantenimiento

Fecha de Revisión: Septiembre 9 del 2016
FO-MS-43
Versión: 01

Fecha de Ejecución	Equipo	Consecutivo	Tipo Actividad	Realizado Por	Observaciones
11/2023	CONCENTRADOR DE O2	A20415674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Jhonnier Olaya	Equipo nuevo, verificacion de funcionamiento, 4 LPM 96% Horas: 2
02/2026	CONCENTRADOR DE O2	A20415674	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Michelle Nicolalde	Limpieza, verificacion de funcionamiento, 4 LPM 94.2% Horas: 0