HOME CARE AMANECER® MEDICO su cuidado más efectivo	**LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO ASPIRADOR DE SECRECIONES**	Fecha de Revisión: 09/09/2016
		FO-MS-31
		Versión: 01

Consecutivo AM: 538 Mes: Abril Año: 2025

Serie: B401813

Procedimiento

Se realiza limpieza y desinfección	OK
Se inspecciona el exterior del equipo para detectar piezas faltantes o partidas	OK
Se inspecciona el cable de alimentación, los protectores y clavija	OK
Se realizan pruebas de funcionamiento de las baterías (cuando aplique)	N/A
Se revisa estado del interruptor	OK
Se realizan pruebas de succión a una presión mayor a los 400 mmHg.	OK
Se comprueba que el manómetro funcione correctamente.	OK
Se verifica que la perilla del control de presión funcione correctamente.	OK

N/A : No Aplica N/C: No Cumple OK: Cumple

Tipo de mantenimiento

Preventivo [ ] Correctivo [X]

Observaciones

Repuestos instalados

Piston J371

Soporte de Goma J955

Realizado por

Nombre Oscar Murillo

Cargo Asistente Biomedico