AMANECER MEDICO HOME CARE su cuidado más efectivo	**LISTA DE CHEQUEO** **VENTILADOR MECÁNICO TRILOGY**	Fecha de Revisión: Septiembre 9 de 2016 FO-MS-34 Versión: 01

Consecutivo AM: 168 Mes: Diciembre Año: 2025

Serie: TV11412163E

Procedimiento

Se realiza limpieza y desinfección	OK		
Se inspecciona el exterior del equipo para detectar piezas faltantes o partidas	OK		
Se inspecciona cable de poder	OK		
Se realizan pruebas de funcionamiento de batería interna	OK	Ciclos:	9
Se realizan pruebas de funcionamiento de batería extraible	OK	Ciclos:	236
Se verifican y registran las horas blower del equipo	OK	Horas:	586,8
Se verifica estado de conector AC	OK	PM TEST	
Se verifica estado de conector de oxígeno	OK	REPAIR TEST	X
Se verifica estado de conector de batería	OK		
Se verifica estado de conector tarjeta SD	OK		
Se verifica estado de salida de aire	OK		
Se verifica estado de AirPad filter	OK		
Se verifica el estado de Foam Pad Filter	OK		

N/A : No Aplica N/C: No Cumple OK: Cumple

Tipo de mantenimiento

Preventivo [ ] Correctivo [X]

Observaciones

Repuestos usados

Filtro F159

Protector de Pantalla

Realizado por

Nombre Michelle Nicolalde

Cargo Asistente Biomedico