AMANECER MEDICO HOME CARE su cuidado más efectivo	Registro Histórico de Actividades de Mantenimiento	Fecha de Revisión: Septiembre 9 del 2016 FO-MS-43 Versión: 01

Fecha de Ejecución	Equipo	Consecutivo	Tipo Actividad	Realizado Por	Observaciones
12/2021	VENTILADOR	F063168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Carlos Moreno	Limpieza, se cambia Manija, tapa filtro, stirring y exhaust fan, verificacion de funcionamiento, REPAIR TEST, Horas: 19013.7
02/2023	VENTILADOR	F063168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Jean Sevilla	Limpieza, Verificación de funcionamiento, cambio de filtro y keypad. Horas máquina:.
04/2024	VENTILADOR	F063168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	María Quintero Vidales	Limpieza, Verificación de funcionamiento, cambio de tapa filtro y filtro polvo y cable desmontable. Horas máquina:.
01/2025	VENTILADOR	F063168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Michelle Nicolalde	Limpieza, Verificación de funcionamiento, cambio de filtro. Horas máquina:22471.
08/2025	VENTILADOR	F063168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Gabriela Candamil	Limpieza, Verificación de funcionamiento, cambio de blower y filtro. Horas máquina:.
09/2025	VENTILADOR	F063168	REVISIÓN DE EQUIPO	Laura Londoño Garcia	Limpieza,verificación de funcionamiento.
11/2025	VENTILADOR	F063168	REVISIÓN DE EQUIPO	Laura Londoño Garcia	Limpieza, verificación de funcionamiento.
12/2025	VENTILADOR	F063168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Michelle Nicolalde	Limpieza, Verificación de funcionamiento, cambio de Front Enclosure y filtro. Horas máquina:586.8.