AMANECER MEDICO HOME CARE su cuidado más efectivo	HOJA DE VIDA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS	Fecha de Revisión: Junio 13 2022 FO-MS-27 Versión: 07

IDENTIFICACIÓN



NOMBRE EQUIPO:	BOMBA INFUSION
MARCA:	DAIWHA
MODELO:	DI2000
SERIE:	D120EXP1112209
ITEM:	G164
CONSECUTIVO ASIGNADO:	14
FECHA DE MARCACIÓN:	1 de junio de 2012
REGISTRO SANITARIO:	2010EBC-0006142
VIDA ÚTIL:	10 AÑOS

DATOS FABRICANTE / PROVEEDOR

NOMBRE:	FUTURO MEDICO LTDA	**TELÉFONO:**	(4) 301-22-60
DIRECCIÓN:	CALLE 63 SUR # 43A-57 OFIC. 301 ANTIOQUIA	**E-MAIL:**	ventas@futuromedico.com
PAÍS/CIUDAD:	COLOMBIA	**PÁGINA WEB:**	www.futuromedico.com

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

RIESGO:	IIB	**USO:**	UIPO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIDA
TECNOLOGÍA PREDOMINANTE:	ELECTRONICA	**COMPLEJIDAD:**	ALTA

ACCESORIOS

1. SET PARA INFUSION DE ALIMENTO
2. SET PARA INFUSION DE MEDICAMENTO
3. BASE PARA ATRIL
4. CABLE DE PODER
5. ----------
6. ----------

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	110 - 240 VAC (FUSIBLE 250V 15A) - 12 VDC	**CORRIENTE:**	500 A
POTENCIA:	120 W	**PESO:**	1.7Kg
RESISTENCIA:	N/A	**DIMENSIONES:**	12 x 13 x 20.6 cm
FRECUENCIA:		**FUENTE DE ALIMENTACIÓN:**	

CONDICIONES AMBIENTALES

RANGO TEMP. OPERACIÓN:	0°C a 40°C	**RANGO HUMEDAD OPER.:**	20% a 90%
RANGO TEMP. ALMACÉN.:	-20°C a 60°C	**RANGO HUMEDAD ALMAC.:**	20% a 90%

MANTENIMIENTO

PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO: 12 MESES ± 2 MESES

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

TIEMPO DE OPERACION CON BATERIA 4 HORAS APROX (A 25 ml/h). TIEMPO RECARGA 10 HORAS