AMANECER MEDICO HOME CARE su cuidado más efectivo	**LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO BOMBA DE INFUSIÓN**	Fecha de Revisión: Septiembre 9 de 2016
		FO-MS-33
		Versión: 01

Consecutivo AM: 14 Mes: Septiembre Año: 2025

Serie: D120EXP1112209

Procedimiento

Se realiza limpieza y desinfección	OK
Se inspecciona el exterior del equipo para detectar piezas faltantes o partidas	OK
Se inspecciona el cable de alimentación, los protectores y clavija	OK
Se verifica que el volumen de infusión es el correcto	OK
Se verifica que la velocidad de infusión es la correcta	OK
Se realizan pruebas de funcionamiento de batería	OK
Se comprueba que la alarma de aire funcione correctamente	OK
Se comprueba que la alarma de oclusión funcione correctamente	OK
Se comprueba que la alarma de apertura de puerta funcione correctamente	OK
Se comprueba que la alarma de batería baja funcione correctamente	OK

N/A : No Aplica N/C: No Cumple OK: Cumple

Tipo de mantenimiento

Preventivo [X] Correctivo [ ]

Observaciones

Repuestos instalados

Realizado por

Nombre Cindy Arroyave

Cargo Coordinador Biomedico