Médica Colombia Cuida tu familia	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				Código:	GL-FT-012
					versión:	2
					Fecha Ultima Actualización	10/10/2023
Equipo	Pulsoximetro	Marca	ChoiceMMED		Item	MC-EB-00012
Modelo	MD300C2	Mes	Octubre		Año	2023
Serie	211064528022	Tipo de manteniemiento:	Preventivo	X	Correctivo	

PROCEDIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A
Se realiza limpieza y desinfección	X		
Se inspecciona el exterior del equipo para detectar piezas faltantes o partidas	X		
Se inspecciona el cable de alimentación, los protectores y clavija			X
Se realizan pruebas de funcionamiento de las baterías (cuando aplique)	X		
Se revisa estado del interruptor			X
Se realizan pruebas de succión a una presión mayor a los 300 mmHg.			X
Se comprueba que el boton de encendido funcione	X		
Se comprueba que la pantalla funcione	X		
Se comprueba que el manómetro funcione correctamente.			X
Se verifica que la perilla del control de presión funcione correctamente.			X

Observaciones	

Responsable: Angie Valentina Plaza

Cargo: Ingeniera Biomedica