Médica Colombia Cuida tu familia	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS**	**CÓDIGO:**	GL-FT-013
		VERSIÓN No.	003
		FECHA:	8/07/2024

TIPO DE ACTIVIDAD							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**		**PRUEBA DE INGRESO**		**OTRA.**	
DIA REALIZACIÓN	26	**MES REALIZACIÓN**	Septiembre	**AÑO REALIZACIÓN**	2024	**HORA REALIZACIÓN**	10:40 a.m.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO	Oxímetro de pulso		**MARCA**	ChoiceMMed	**MODELO**	MD300C2	
SERIE	211064528022		**CODIGO INSTITUCIONAL**	MC-EB-00012		**SEDE**	Cali

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO			
ACTIVIDAD	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**
VERIFICACIÓN DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	X		
INSPECCIÓN DE EXTERIOR DEL EQUIPO, CARCASA, PIEZAS Y ACCESORIOS	X		
REVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN, PROTECTORES, CLAVIJA			X
REVISIÓN DE BATERÍAS (ESTADO DE CARGA)	X		
REVISIÓN DE BOTONES, INTERRUPTORES, PULSADORES	X		
REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO	X		
REVISIÓN DE SISTEMA MECÁNICO	X		
REVISIÓN DE MANÓMETRO, AGUJA, TAPA, SISTEMA DE INSUFLADO (PRESIÓN)			X
REVISIÓN DE VÁLVULAS, MANGUITO, ACCESORIOS, PERAS, OLIVAS, MEMBRANA (PIEZAS)			X
REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	X		
CAMBIO DE PIEZAS O REPUESTOS UTILIZADOS			X

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS Y CAMBIOS DE PIEZAS

Se realiza mantenimiento preventivo. Se verifica estado, se realiza limpieza de parte externa, sensor y estuche. Se realizan pruebas de funcionamiento y se determina que el equipo queda en buen estado de funcionamiento.

OBSERVACIONES

Ninguna

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE			
REALIZADO POR	**KIMBERLY VANESSA CAICEDO PEÑA**	**CARGO**	**INGENIERA BIOMÉDICA**