	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 002
	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS, MÁQUINAS Y EQUIPOS	Paginas: 2

DATOS GENERALES

SEDE:	**CASA LA ESPERANZA**			**SEDE**		**CAJICA**		
NOMBRE DEL EQUIPO:	oximetro							
MARCA:	**homelife**		**MODELO:**	fs10c				
NÚMERO DE SERIE:	**NO REGISTRA**		**No INVENTARIO**	**NO APLICA**				
EQUIPO BIOMEDICO:	**aplica**							
MAQUINAS Y EQUIPOS:								
CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO	**CLASE I**		**TECNOLOGÍA PREDOMINANTE**	**ELÉCTRICO**		**ELECTRÓNICO**		
	CLASE IIA	**x**		**NEUMÁTICO**		**HIDRÁULICO**		
	CLASE IIB			**MECÁNICO**		**ÓPTICO**		
	CLASE III			**OTRO**				
FORMA DE ADQUISICIÓN	**COMPRA**	**X**	**TIPO**	**DIAGNÓSTICO**	**x**	**QUIRÚRGICO**		
	DONACIÓN			**TRATAMIENTO**		**REHABILITACIÓN**		**FOTOGRAFIA**
FECHA DE ADQUISICIÓN:	**17-08-2020**			**IMAGENOLOGÍA**		**OTRO**		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	**VOLTAJE**		**CONSUMIBLES**	**BRAZALETE**		**ELECTRODOS**		**OBSERVACIONES**
	CORRIENTE			**PERA**		**BATERÍAS**	**x**	
	POTENCIA			**MEMBRANA**		**PAPEL**		
	FRECUENCIA			**OTRO**				
CUENTA CON MANUAL DE USUARIO				**SI**	**x**	**NO**		

DATOS FABRICANTE

Nombre del Proveedor:	home medical group		
DIRECCION:	calle 57-35 piso 6 bogota	**Nombre del Fabricante:**	nomelife
TELEFONO:	NO REPORTA	**E-MAIL:**	NO REPORTA

ESPECIFICACION TECNICA

VIDA UTIL:	**método de medición: precisión 2% resolución 1% perfusión baja <0.4%** **rango de medición: 25 bpm 250 precisión 1 bpm** **tiempo de medición: 8 segundos** **resolución – precisión: 1% 1 segundo** **ambienten de operación:** **humedad: 10-95% sin condensación** **fuente de poder: dc 1.5 v (2 AAA batería)** **aviso de potencia: aviso de batería baja** **apagado automático: si no se utiliza, apagado automático en 8 segundos** **clasificación por tipo de protección contra choque eléctrico: poder interna** **grado de protección contra descargas eléctricas: componente tipo bf** **modo de operación: operación continua**

INSTRUCCIONES Y CARACTERISTICAS DE USO

sostener el oxímetro con la pantalla hacia usted, deslice el dedo en la sonda del dispositivo hasta que la punta del dedo toca la guía de parada incorporada, para tener mejor resultado asegurarse que el dedo este centrado
presione el botón para activar el oxímetro, luego aparece la interfaz de medición en 3 segundos.
el resultado de la medición se debe leer directamente de la pantalla.
el oxímetro se convierte en modo de dormir automáticamente en 8 segundo

FUNCION

toma de nivel de oxígeno en la sangre de las personas mayores

ELEMENTOS DE PROTECCION

cordón para colgar

LIMPIEZA Y DESINFECCION
realice la limpieza del equipo con un paño limpio húmedo con agua previamente de a ver apagado y retirado batería secar con un paño seco y suave

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
mantenimiento anual verificar funcionamiento

CONTROL ESPECIAL DURANTE EL MANEJO
no dejar el producto en lugares expuesto a la humedad humedad relativa – 20 y 60% no dejar el producto expuesto a la luz directa verificar funcionamiento durante el uso r limpieza cada vez que se cambia de usuaria retirar batería después del uso realiza verificar d baterías almacenar en el empaque original

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

No	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		TRABAJOS REALIZADOS	REPUESTO	RESPONSABLE
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
1	14-12-2020			calibracion		Edwin Meza